

Priemonių EEG ir EMG tyrimams atlikti techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Parametras (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Registruojantys žiediniai (kilpiniai) elektrodai (orientacinis kiekis 40 vnt.)	1. Vienas laido galas su dviem skaitmeniniais reguliuojamais žiedais (kilpomis); 2. Kitas laido galas su dviem 1,5 mm skersmens uždaro „female“ tipo arba lygiavertėmis jungtimis; 3. Laido ilgis 100-150 cm. (firmos „Natus Medical Incorporated“ registruojantys žiediniai (kilpiniai) elektrodai, katalogo nr. 9013S0332 arba lygiaverčiai)	
2.	Ižeminimo elektrodai (orientacinis kiekis 40 vnt.)	1. Daugkartinio naudojimo; 2. Vienas laido galas su 30 ± 5 mm skersmens disku, pagamintu iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Kitas laido galas su 1,5 mm skersmens uždaro tipo (angl. <i>touchproof</i>) jungtimi; 4. Laido ilgis 120-150 cm. (firmos „Natus Medical Incorporated“ ižeminimo elektrodai, katalogo nr. 9013L0862 arba 019-411700 arba lygiaverčiai)	
3.	Vienkartiniai elektrodai lipdukai (orientacinis kiekis 100 pakuočių)	1. Turi būti iš anksto geluoti, be metalo, minkšti, ploni ir lankstūs; 2. Suderinami su daugkartinio naudojimo laidais su krokodilinėmis gnybtukais; 3. Pateikiami pakuotėje po 100 vnt. (firmos „FIAB“ vienkartiniai elektrodai lipdukai, katalogo nr. F3001ECG arba firmos „Natus Medical Incorporated“ vienkartiniai elektrodai lipdukai, katalogo nr. 101169 arba lygiaverčiai)	
4.	EKG kabelis (orientacinis kiekis 40 vnt.)	1. Kabelis elektrodų su „SNAP“ tipo jungtimi prijungimui; 2. Laido ilgis ≥ 200cm; 3. Laido jungtis „female“ tipo, 1,5 mm diametro; (firmos „EB Neuro“ EKG kabelis, katalogo nr. B9720390921 arba lygiavertis)	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir gaminių kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašančios informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo, konkrečiais katalogo numeriais įvardinti gaminiai arba jiems lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų gaminiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus.
2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės iliustracijomis.
3. Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintojus, kataloginius numerius.
4. Siūlomos prekės turi būti ženklinamos CE ženklu. ***Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.***
5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos