

EEG priemonių techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Diskiniai klijuojami EEG elektrodai su laidu (orientacinis kiekis 150 vnt.)	1. Tinkantys darbui su encefalografais „Mizar Sirius“, „Schwarzer“, „Micromed“ (lygiaverčiai „Schwarzer“ gaminiui Nr. 505015); 2. Skirti daugkartiniam naudojimui; 3. Elektra laidžiais kljais klijuojami prie paciento galvos odos; 4. Jungiamojo laido ilgis 150 cm $\pm$ 10 cm; 5. Laido jungtis „female“ tipo, 1,5 mm diametro, atitinkanti DIN 42802 standartą (arba lygiavertė); 6. Elektroda sudaro klijuojamoji dalis ir elektrodo dalis; 7. Klijuojamoji dalis plokščio žiedo formos, 14 $\pm$ 0,5 mm diametro, pagaminta iš plastmasės arba lygiavertės medžiagos; 8. Metalinė elektrodo dalis 6 $\pm$ 0,5 mm diametro, pagaminta iš specialiu būdu suspaustų ir sukepintų (angl. „sintered“) sidabro ir sidabro chlorido miltelių lydinio (Ag/AgCl) (arba lygiaverčių medžiagų).	
2.	Tilteliniai EEG elektrodai (orientacinis kiekis 50 vnt.)	1. Tinkantys darbui su encefalografais „Mizar Sirius“, „Schwarzer“, „Micromed“ (lygiaverčiai „Schwarzer“ gaminiui Nr. 505209); 2. Skirti daugkartiniam naudojimui; 3. Elektrodo tiltas iš plastmasės arba lygiavertės medžiagos; 4. Kontaklinė kojėlė pagaminta iš sidabro, 3-4 mm išorinio diametro, 19 $\pm$ 1 mm ilgio, su išilgine 2 mm diametro anga ir skersine 2 mm diametro anga (elektrodas prie įrangos prijungiamas 2 mm skersmens kištuku, jungiamu į kontaklinės kojėlės išilginę angą (iš viršaus) arba į skersinę angą); 5. Elektrodo metalinis paviršius 10 $\pm$ 0,5 mm skersmens, padengtas sidabro ir sidabro chlorido (Ag/AgCl) lydiniu arba lygiaverte medžiaga; 6. Elektrodo metalinis paviršius uždengtas laidžiu skysčiams audiniu, kurio diametras 24 $\pm$ 1 mm, audinį prie elektrodo fiksuoja guminis žiedas.	
3.	Laidai tiltelinių EEG elektrodų prijungimui (orientacinis kiekis 100 vnt.)	1. Tinkantys darbui su encefalografais „Mizar Sirius“, „Schwarzer“, „Micromed“ (lygiaverčiai „Schwarzer“ gaminiui Nr. 508834); 2. Skirti daugkartiniam naudojimui; 3. Laido ilgis 85 $\pm$ 5 cm; 4. Vienas laido galas su 1,5 mm skersmens „female“ tipo jungtimi, atitinkančia DIN 42802 standartą (arba lygiaverte), kitame gale - 2 mm skersmens jungtis – kištukas.	

4.	Šalmas - EEG elektrodų laikiklis suaugusiems (orientacinis kiekis 4 vnt.)	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 2. Tinkantis tilteliniams EEG elektrodams fiksuoti prie paciento galvos; 3. Pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos; 4. Šalmą sudaro 2 išilginiai ir 6 skersiniai skaidraus silikono arba lygiavertės medžiagos vamzdeliai, kurių diametras 4 ± 1 mm; 5. Šalmą sudarančių vamzdelių susikirtimo vietos fiksuotos plastmasiniu (arba lygiavertės medžiagos) laikikliu, arba guminiiais (arba lygiaverčiais) žiedais. 6. Šalmą prie apatinio žandikaulio fiksuoja juosta - dirželis; 7. Skersiniai vamzdeliai ties ausimis fiksuoti laikikliu, pagamintu iš plastmasės arba lygiavertės medžiagos, leidžiančiu keisti šalmo dydį.	
----	---	--	--

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
2. Būtinai siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklų (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.