

## Elektrochirurginės įrangos eksploatacinių priedų techninė specifikacija

Eilės Nr.	Parametras (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	<b>Neutralus paciento elektrodas su laidu</b> (orientacinis kiekis 320 pakuočių arba 16000 vnt.)		
1.1.	Reikalavimai neutraliam paciento elektrodui su laidu	1. Skirtas darbui su elektrokaustikos aparatais; 2. Vienkartinis; 3. Klijuojamas; 4. Kontaktinio paviršiaus plotas $85 \pm 10 \text{ cm}^2$ ; 5. Su $\geq 400 \text{ cm}$ ilgio jungiamuoju laidu; 6. Tinkamas suaugusiųjų ir vaikų gydymui; <i>(Firmos „Erbe“ elektrodas, kataloginis kodas 20193-083 arba lygiavertis)</i> 7. Pakuotėje 50 vnt.	
1.2.	Žymėjimas CE ženklu	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento ( <i>CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos</i> ) kopiją.	

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Techninėje specifikacijoje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo, konkrečiais katalogo numeriais įvardinti gaminiai arba jiems lygiavertiniai, reikalaujamas charakteristikas atitinkantys gaminiai.
2. Gali būti siūlomi kitokie prekių kiekiai pakuotėse, svarbu, kad bendras siūlomų prekių kiekis būtų toks koks nurodytas reikalavime.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.