

Kamieninių ląstelių rinkimo aparato rotoriaus techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Techninis suderinamumas	Siūlomas rotorius turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Fresenius Kabi“ kraujo separatoriumi aferezėms atlikti „Com. Tec“.	
2.	Garantinis terminas	Ne mažiau kaip 12 mėnesių	
3.	Rotoriaus pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas	Rotoriaus pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	