

Medicininį iš elektros tinklo maitinamų prietaisų elektrosaugos analizatorių techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Skirtas atlikti elektrosaugos parametrų matavimą pagal standartą(-us) IEC 60601 ir/arba IEC 62353	
2.	Elektros tinklo įtampos (kintamos įtampos vidutinės kvadratinės vertės (AC RMS)) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 180 V iki 264 V	
3.	Apsauginio įžeminimo varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 0,1 iki 2 Ω	
4.	Testuojamo medicininio elektrinio prietaiso maitinimo iš elektros tinklo matavimas	Matuojamas iš elektros maitinimo tinklo naudojamas srovės stipris arba naudojama galia	
5.	Nuotėkio srovės stiprio matuojama vertė	Nuolatinės ir kintamos srovių stiprumų suma (True RMS)	
6.	Nuotėkio srovės stiprio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 5 μ A iki 9mA	
7.	Nuotėkio srovės stiprio matavimo metodas	Nuotėkio srovės stiprio matavimo metodas pagal IEC 60601 ir/arba IEC 62353 standarto reikalavimus	
8.	Izoliacijos varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 0,5 iki 90 M Ω	
9.	Izoliacijos varžos matavimui taikomų įtampų pasirinkimas	Pasirenkama iš dviejų įtampų: 250 V arba 500 V	
10.	Testuojamo medicininio elektrinio prietaiso darbinį dalių prijungimo lizdai	1. Ne mažiau kaip 2 lizdai dviems darbinėms dalims prijungti. 2. Pageidautinas atskiras adapteris, skirtas sujungti 10 EKG elektrodų į vieną jūtį su „Banana” tipo kištuku.	
11.	Testuojamo medicininio elektrinio prietaiso prijungimui skirtas lizdas	Europoje naudojamo 230 V elektros tinklo lizdas, tinkantis „Schuko“ tipo elektros tinklo kištukui.	
12.	Analizatoriumi išmatuotų reikšmių saugojimas vidinėje analizatoriaus atmintyje	Būtina analizatoriumi išmatuotų reikšmių saugojimas vidinėje analizatoriaus atmintyje.	
13.	Analizatoriaus sąsaja su kompiuteriu	USB arba RS232 sąsaja, arba bevielis ryšys.	

14.	Analizatoriaus valdymas	Rankinis ir automatizuotas valdymas	
15.	Analizatoriaus maitinimo šaltinis	230 V, 50 Hz elektros tinklas (analizatoriaus maitinimo kabelis turi būti su kištuku, tinkamu Europoje naudojamo 230 V elektros tinklo lizdams)	
16.	Analizatoriaus svoris	≤ 2,0 kg	
17.	Kartu su analizatoriumi pateikiami priedai	1. Analizatoriaus maitinimo iš elektros tinklo kabelis – 1 vnt.; 2. Matavimo laidų komplektas su „Banana” tipo kištukais ir/arba krokodilo tipo jungtimis – 1 kompl.; 3. Krepšys, skirtas analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamų priedų transportavimui – 1 vnt.	
18.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėnesiai. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga.	
19.	Analizatoriaus kalibravimo liudijimas	Būtinai, analizatoriaus kalibravimo liudijimas pateikiamas kartu su analizatoriumi; <i>(būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas)</i>	
20.	Analizatoriaus žymėjimas CE ženklu	Būtinai <i>(kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)</i>	
21.	Kartu su analizatoriumi pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba	
22.	Reikalavimai programinei įrangai	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota programinė įranga, skirta duomenų perdavimui į kompiuterį.	
23.	Pristatymas, instaliavimas, išbandymas ir vartotojų apmokymas	Pristatymo, instaliavimo, išbandymo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.