

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO  
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

**SVARSTYTA:** Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-01-28, 2025-01-30 ir 2024-02-03 gauti Tiekėjų siūlymai dėl 2025-01-27 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 931228) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

*Tiekėjai pateikia siūlymus:*

**Nr. 1. Akių okliuzinis tvarstis:**

*1 p.d. prašome panaikinti reikalavimą „2 zonų tvarstis: rėmelis ir poliuretano permatomos plėvelės langas, leidžiantis matyti voką; tvarsčio rėmelis iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos;“, kuris riboja konkurenciją, kadangi tokį dviejų zonų produktą gamina tik vienas gamintojas, kitų gamintojų akių okliuziniai tvarsčiai yra pilnai skaidrūs, lygiai taip pat atliekantys savo funkciją. Prašome leisti siūlyti skaidrius silikono tvarsčius be latekso. Taip pat prašome patikslinti dydį sekančiai: 3,1-3,4cm x 7,6-8,3cm*

Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 1. Akių okliuzinis tvarstis**, nesutinka naikinti reikalavimų „2 zonų tvarstis: rėmelis ir poliuretano permatomos plėvelės langas, leidžiantis matyti voką“, „tvarsčio rėmelis iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos“, kadangi neaustinės ar lygiavertės medžiagos rėmelis yra papildoma apsauga chirurginių operacijų metu, nes tai yra papildomas barjeras, apsaugantis nuo dezinfekcinės medžiagos patekimo į akis. Tokio tvarsčio funkcija yra ne tik saugoti akis nuo išdžiūvimo. Komisija sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „išmatavimai: 3,1±0,1 cm x 8,3 ±0,3 cm“ į reikalavimą „išmatavimai: 3,1-3,4 cm x 7,6-8,3 cm“.

**Techninę specifikaciją skaityti taip:**

**1. Akių okliuzinis tvarstis:**

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);
- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- išmatavimai: 3,1-3,4 cm x 7,6-8,3 cm;
- 2 zonų tvarstis: rėmelis ir poliuretano permatomos plėvelės langas, leidžiantis matyti voką;
- tvarsčio rėmelis iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos;
- abi tvarsčio zonos padengtos hipoalerginiais akrilo klijais;
- pakuotėje 2 vnt.;
- individualioje pakuotėje;
- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas mėnesiais.

*Orientacinis poreikis: 12 000 pak.*

**Nr. 6.1.-6.2. Tulžies latako stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai):**

*Maloniai prašome iš 6.1. ir 6.2. lentelių pašalinti ilgius 160 mm; 170 mm; 180 mm; 190 mm; 200 mm; 210 mm; 220 mm, kadangi specifikacijoje nurodyta „darbinis ilgis nuo 5 iki 15 cm, didėjantis kas centimetrą;“.*

*Iš pozicijos 6.1.-6.2. Tulžies latako stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai), techninės specifikacijos reikalavimo „lenkti proksimaliniame gale arba centre (Amsterdam arba lygiaverčio tipo);“ prašome pašalinti reikalavimą Amsterdam arba lygiaverčio tipo, kadangi dauguma tiekėjų šio tipo nemini, bet specifikacijos poreikio tai nekeičia - stentai siūlomi yra tie patys - lenkti proksimaliniame gale arba centre, taip kaip ir prašoma perkančiosios organizacijos.*

*Dėl pasikartojančio reikalavimo „ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais“: pagal ISO 15223-1 priimtinas galiojimo žymėjimas yra tinkamumo naudoti data ant priemonės pakuotės (specialus ženklėjimas)*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 6.1.-6.2. Tulžies latakų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai)**, sutinka pašalinti techninėje specifikacijoje nurodytus ilgius „160 mm; 170 mm; 180 mm; 190 mm; 200 mm; 210 mm; 220 mm“.

Taip pat, komisija sutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimą iš „lenkti proksimaliniame gale arba centre (Amsterdam arba lygiaverčio tipo)“ į reikalavimą „lenkti proksimaliniame gale arba centre“. Komisija sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais“ į reikalavimą „galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1“.

#### **Techninę specifikaciją skaityti taip:**

#### **6.1.-6.2. Tulžies latakų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai):**

- lenkti proksimaliniame gale arba centre;
- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- sterilūs (simbolis ant pakuotės);
- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1;
- rentgenokontrastiškas;
- stento paviršius lygus, nelipnus;
- dvi šoninės skylutės;
- darbinis ilgis nuo 5 iki 15 cm, didėjantis kas centimetrą;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, išpakuojama lengvai, nepažeidžiant sterilumo;
- įpakuota po 1 vnt.;
- plastikiniai arba lygiavertės medžiagos.

<i>Poz. Nr.</i>	<i>Dydis</i>	<i>Ilgiai (±5 mm)</i>	<i>Orientacinis poreikis (vnt.)</i>
6.1.	7 Fr	50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 140 mm; 150 mm	350
6.2.	10 Fr	50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 140 mm; 150 mm	800

#### **Nr. 9. Silikoninis arba lygiavertis drenas žaizdų drenavimui:**

*Turime tik prašymą, kad 9 pirkimo dalyje patikslintumėte dydį ir ar jis bus trokaru ar b, galimi dydžiai CH7, CH10, CH15, CH19, CH12, CH 24*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 9. Silikoninis arba lygiavertis drenas žaizdų drenavimui**, tikslina, kad drenas be trokaro, o reikalingi dydžiai yra nurodyti techninėje specifikacijoje.

*Pastaba dėl galiojimo: „ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais“ keisti į numatytą pagal ISO 15223-1 standartus.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo dalims **Nr. 1 – Nr. 10**, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus iš „ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais“ į reikalavimą „galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1“.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo dalims Nr. 1. - Nr. 10.
2. Iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 1.
3. Keisti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo dalims Nr. 6.1 – 6.2.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.