

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	„Siuvimo aparatai ir priemonės kolorektinei chirurgijai“		
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-02-10 Nr. 1129074		
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-02-10 iki 2025-02-19		
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS		
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS			
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	2		
TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ			
Tiekėjo siūlomi pakeitimai ir pastabos		Perkančiosios organizacijos sprendimas	
Prekių pristatymo laikas 7 d.d.: <ul style="list-style-type: none"> • Prašomas prekių pristatymo terminas 10 darbo dienų. 			
Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui			
Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai			
P.D. Nr.	Techninės specifikacijos reikalavimas	Tiekėjų siūlomi pakeitimai ir pastabos	Perkančiosios organizacijos sprendimas
2 pirkimo dalis. Laparoskopinis titaninis linijinis lankstus pjovėjas			
2.1. Aparatas	4. Aparato ilgis 340 mm. Rotuojamas 360° ir daugiau	<ul style="list-style-type: none"> • 4.Prašome įvesti paklaidą: Aparato ilgis 340 mm±10 mm 	Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, priimtas sprendimas patikrinti techninėje specifikacijoje nurodytą reikalavimą ir 2.1.4. p. išdėstyti taip: „ Aparato ilgis 340 mm ± 10 mm. Rotuojamas 360° ir daugiau. “
	5. Peilis integruotas į aparatą	<ul style="list-style-type: none"> • 5. Prašome praplėsti: Peilis integruotas į aparatą arba į kasetę 	Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, priimtas sprendimas patikrinti techninėje specifikacijoje nurodytą reikalavimą ir 2.1.5. p. išdėstyti taip: „ Peilis integruotas į aparatą arba į kasetę. “

2.2. Siuvimo aparato kasetė	4. Baltos spalvos kasetė, atviros kabutės aukštis 2,6 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0 mm, tinkamos kraujagyslėms	<ul style="list-style-type: none"> 4. Prašome įvesti paklaidą: atviros kabutės aukštis 2,6 mm±0.1 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Baltos spalvos kasetė, atviros kabutės aukštis 2,6±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0 mm, tinkamos kraujagyslėms 	Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, priimtas sprendimas patikrinti techninėje specifikacijoje nurodytą reikalavimą ir 2.2.4. p. išdėstyti taip: „ Baltos spalvos kasetė, atviros kabutės aukštis 2,6 ± 0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0 mm, tinkamos kraujagyslėms. “
	5. Mėlynos spalvos kasetė, atviros kabutės aukštis 3,6 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> 5. Prašome įvesti paklaidą: atviros kabutės aukštis 3,6 mm±0.1 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Mėlynos spalvos kasetė, atviros kabutės aukštis 3,6±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm 	Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, priimtas sprendimas patikrinti techninėje specifikacijoje nurodytą reikalavimą ir 2.2.5. p. išdėstyti taip: „ Mėlynos spalvos kasetė, atviros kabutės aukštis 3,6 ±0,1 mm, uždarytos kabutės 1,5 mm. “

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 2 tiekėjai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui bei sutarties sąlygoms dėl aplinkosauginių („žaliųjų“) reikalavimų, kurias perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas