

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„ULTRAGARSO APARATAI“ (PIRKIMO NR. 744175)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2024-10-27 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Ultragarso aparatai**“ (pirkimo Nr. **744175**) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„2024-06-07 dalyvavome rinkos konsultacijoje, į 4.5 punktą buvo atsižvelgta, bet į 9.2 punktą nėra atsižvelgta 1 ir 2 pirkimo dalyse. Ar pakeisite tai, kad galėtume pasiūlyti gamintojo ultragarso įrangą konkurse?“

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą pažymi, kad 1 ir 2 pirkimo dalių techninės specifikacijos 9.2 punkte nurodytas spektrinio Doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, tiekėjo siūlymas sumažinti viršutinę diapazono reikšmę iki 35,96 yra nepriimtinas perkančiajai organizacijai, kadangi mažinant šią reikšmę, mažėtų ir kraujotakos diagnostikos tikslumas, kai yra vertinama didelės tėkmės kraujotaka (tokia kaip kaklo magistralinės kraujagyslės).

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.