

Lankščių kanuliuotų grąžtų rinkinio techninė specifikacija (kiekis 1 komplektas)

Eilės Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Lankstaus kanuliuoto grąžto su keičiamais antgaliais rinkinys	1. Rinkinys skirtas naudoti ortopedijos traumatologijos operacijoms; 2. Sterilizuojamas autoklave (ne mažiau nei 134°C temperatūroje);	
1.1.	Lankstus kanuliuotas grąžtas.	1. Tinkantis frezavimo/gręžimo rankenai su Zimmer/Hudson ar lygiaverte jungtimi; 2. Lankstaus grąžto antgaliai keičiami iš šono, juos užfiksuojant kilpos formos jungtimi; 3. Grąžto ilgis ne mažiau 450 mm, tinkantis vieloms iki 900 mm; 4. Pagamintas iš nitalio ir nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio;	
1.2.	Keičiami grąžto antgaliai.	1. Dydis nuo $8,0 \pm 0,5$ mm iki $19 \pm 0,5$ mm; 2. Antgalio diametro žingsnis ne daugiau 0,5 mm; 3. Rinkinyje turėtų būti ne mažiau 20 keičiamų antgalių su skirtingais storiais; 4. Antgaliai kanuliuoti, skirti praveisti vielai į kanalą; 5. Pagaminti iš nitalio ir nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio;	
1.3.	Sterilizavimo konteineris.	1. Perforuotas; 2. Skirtas lankstaus kanuliuoto grąžto ir antgalių sterilizavimui, su specialiais laikikliais, skirtais jiems sudėti;	
2.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai žymėjimas CE ženklu. <i>Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.</i>	
3.	Suteikiama garantija	Suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.