

**Kasečių, skirtų ląstelių užšaldymui ir laikymui skystame azote
techninė specifikacija (kiekis 7 pak.)**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Reikalavimai aliuminio kasetėms	1. Siūlomos aliuminio kasetės turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Consarctic“ skysto azoto šaldytuvu; 2. Siūlomos aliuminio kasetės turi būti tinkamos „cryoMACS500, cryoMACS250, CS500, CS250“ tipų maišeliams, su langeliu etiketei; 3. Pakuotėje ≥ 24 vnt. aliuminio kasečių.	

Pastaba, papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.