



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS

Tiekėjams

2025-03-06 Nr. 25SR-VPS-1070

**DĖL ATSAKOMO Į TIEKĖJO KLAUSIMUS IR 1 P. D. PIRKIMO PROCEDŪRŲ
NUTRAUKIMO**

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos (toliau - perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą „Reagentai ir priemonės su prietaisais panaudai (9785)“ (toliau - pirkimas).

Perkančioji organizacija išnagrinėjo tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentų reikalavimus. Tiekėjas teikia klausimus dėl reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje:

1) Techninių specifikacijų bylos 19–23 eilutėse (1 pirkimo dalis) nurodyta, kad pageidaujamas specifinio IgE, specifinio IgG ir kalprotektino nustatymo metodas yra chemiliuminescencinis metodas. Ar nurodytas metodas teisingas? Norėtume pateikti savo pasiūlymą konkursui, tačiau mūsų sistemos metodas yra fluorofermentinis imuninis tyrimas. To paties techninių specifikacijų dokumento 44 ir 45 eilutėse (2 pirkimo dalis) nurodytas metodas yra "kietosios fazės imunofermentinis arba lygiavertis". Norėčiau įsitikinti, kad šie skirtingi metodai gali būti supainioti?

2) Bandymų dažnumas nurodytas techninėse specifikacijose (19, 20 ir 21 eilutės (1 pirkimo dalis)). Konkrečių IgE alergenų mišinių, alergenų ekstraktų ir alergenų komponentų vartojimo dažnis yra vienas kartą per savaitę. Ar galiu daryti prielaidą, kad šie tyrimai (alergenų mišiniai, alergenų ekstraktai ir alergenų komponentai) yra tiriami tą pačią savaitės dieną (pvz., visi tiriami trečiadienį, o ne atskiromis dienomis, pvz., mišiniai pirmadieniais, ekstraktai antradieniais ir komponentai trečiadieniais)?

3) Techninėse specifikacijose nurodyta, kad siūloma priemonė per vieną valandą gali atlikti 30 bandymų (1.2.2 skirsnis) (1 pirkimo dalis). Mūsų siūlomo paketinio prietaiso didžiausias pajėgumas yra 96 bandymai per 215 minučių, o tai reiškia 27 bandymus per valandą.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

1) 1 pirkimo dalies reikalavimai (19–23 eilutėse) bus koreguojami, todėl pirkimas šiai daliai bus nutraukiamas. 2 pirkimo dalyje (44 ir 45 eilutėse) metodas (kietosios fazės imunofermentinis arba lygiavertis) nurodytas teisingai;

2) 1 pirkimo dalis (19, 20 ir 21 eilutės), paaiškiname, kad alergenų mišinių, alergenų ekstraktų ir alergenų komponentų tyrimai bus atliekami tą pačią savaitės dieną;

3) 1 pirkimo dalis (1.2.2 skirsnis) nurodytas tyrimų skaičius per valandą bus tikslinamas.

Informuojame, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d. bei VPĮ išaiškinimu dėl būtinybės nutraukti pirkimo procedūras, jei daromi specifikacijos pakeitimai yra esminiai ir dėl to gali atsirasti daugiau tiekėjų, galinčių pateikti pasiūlymus, nutarė nutraukti 1 pirkimo dalies pirkimo procedūras bei pakoregavus techninę specifikaciją, vykdyti pakartotinį pirkimą.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Jolita Balandienė

Jolita Balandienė, tel. 236 5107