

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„PLATAUS LAUKO AKIES DUGNO FOTOGRAFAVIMO BENDRINĖS NEJAUTROS SĄLYGOMIS
SISTEMA SU FAG MODULIU IR LICENCIJA IR OPTINIS BIOMETRAS”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-01-31 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *plataus lauko akies dugno fotografavimo bendrinės nejautos sąlygomis sistemos su FAG moduliu ir licencija ir optinio biometro pirkimo (Nr. 1004802)*.

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

1. 1.p.Siūlome išbraukti žodį skaitmeninė ir pateikti: „Mobilus diagnostinis įrenginys su integruotu kompiuteriu ir rankiniu davikliu – kamera, skirtas vaikų akių dugno vaizdų aukštos raiškos skaitmeninėms fotografijoms gauti, joms kaupti ir analizuoti.“

2. 4.p. Papildyti USB, LAN/Ethernet. nes LAN ir Ethernet yra lygiavertės jungtys, priklauso, kaip gamintojas yra įvardinęs dokumentuose.

3. 8.2 p. patikslinti ir pateikti: „Jungiamas per jungiamuosius laidus ir šviesolaidį;“

4. 10.p. Išbraukti „Integruotas“, nes gali būti skirtingai interpretuojamas. Siūlome pateikti: „Sistemoje yra fluorescentinės angiografijos tyrimo funkcija“

5. 14.p Ką reiškia 10 ?

6. 21 p. „LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.“ Reikalavimas yra perteklinis ir robojantis, techninę priežiūrą gali atlikti tik gamintojo apmokytas, sertifikuotas specialistas.

Tiekėjas prašo pratęsti prekių pristatymo terminą iki 12 savaičių.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus atsako:

Komisija sutinka numatomą prekių pristatymo terminą pratęsti iki 12 savaičių.

Komisija sprendžia šalinti 1 pirkimo dalies 21 punktą. Taip pat, komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodyta žemiau.

1 pirkimo dalis. Plataus lauko akies dugno fotografavimo bendrinės nejautos sąlygomis sistema su FAG moduliu ir licencija

1.	Paskirtis	Mobilus diagnostinis įrenginys su integruotu kompiuteriu ir rankiniu davikliu – kamera, skirtas vaikų akių dugno vaizdų aukštos raiškos skaitmeninėms fotografijoms gauti, joms kaupti ir analizuoti.	
4.	Būtinis kompiuterio išorinės jungtys	USB, LAN/ Ethernet	
8.	Rankinis daviklis	1. Su integruota kamera ir fluorescentinei angiografijai skirtu barjeriniu filtru; 2. Jungiamas per jungiamuosius laidus ir šviesolaidį;	

10.	Fluorescentinės angiografijos tyrimo galimybė	Sistemoje yra fluorescentinės angiografijos tyrimo funkcija	
14.	Maitinimas	Iš elektros tinklo 230V 50Hz.	

2 pirkimo dalis. Optinis biometras

28.	Duomenų perdavimas	<p>1. Prietaisas tyrimų duomenis DICOM formatu turi perduoti į oftalmologijos duomenų valdymo sistemą Zeiss Forum (būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);</p> <p>2. Medicininio tyrimo ataskaita pdf formatu turi būti persiūsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);</p> <p>3. Prietaiso duomenys DICOM formate turi būti suderinami su IOL persodinimo operacijų planavimo sistema Zeiss Callisto eye (būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);</p>	
-----	--------------------	--	--

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.