

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„MEDICININIAI BALDAI“ (PIRKIMO NR. 1511654)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2025-03-05 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Medicininiai baldai**“ (pirkimo Nr. **1511654**) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo: *„prašome patikslinti dėl kėdžių reikalavimo "Žymėjimas CE ženklų", pagal direktyvą, baldams toks žymėjimas netaikomas, maža to, toks žymėjimas nėra teisėtas tokio tipo produktams pagal įstatymą?“*

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą atsako, kad CE ženklavimo reikalavimas nustatytas siekiant užtikrinti, kad produktas atitinka Europos Sąjungos reikalavimus ir yra saugus naudoti numatytoje aplinkoje. Perkamos ergonominė balno tipo kėdutė ir ergonomiška kėdė chirurgui turi mechanines sistemas ir bus naudojamos medicininėje aplinkoje, įskaitant operacinę, todėl būtina užtikrinti, kad produktas nekelia rizikos naudotojams ar pacientams. CE ženklavimas yra viena iš priemonių, patvirtinančių, kad produktas atitinka ES taikomus reikalavimus ir yra saugus bei tinkamas naudoti medicinos aplinkoje. Priklausomai nuo produkto savybių, jam gali būti taikomas Reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių arba kita atitinkama direktyva/reglamentas.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos paaiškinimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.