

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„INSTRUMENTŲ KREPŠELIŲ ŽYMEKLIAI, SAUSOS SERVETĖLĖS PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI,
PRAUSIMOSI PIRŠTINĖS PRISOTINTOS PH PRAUSIKLIO, STERILIZAVIMO REAGENTO KASETĖ
VANDENILIO PLAZMOS STERILIZAVIMUI IR KITOS DEZINFEKCIJOS MEDŽIAGOS“
(Nr. 1175421)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-02-12 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **instrumentų krepšelių žymeklių, sausų servetėlių paviršių dezinfekcijai, prausimosi pirštinių prisotintų pH prausiklio, sterilizavimo reagento kasetės vandenilio plazmos sterilizavimui ir kitų dezinfekcinių medžiagų** pirkimo (Nr. 1175421).

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„8 p.d. Rinkinys vienalyčių instrumentų plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose. Perkančioji organizacija nurodo, kad „testo sudėtis – standartizuotas kraujo fibrinas ir polisacharidai arba lygiavertės medžiagos;“ Norime kad patikslintumėte taršos sudėti sekančiai ir išimtumėte žodį „lygiavertės medžiagos“: „testo sudėtis – standartizuotas kraujo fibrinas ir standartizuotas hemoglobinas“. Kraują sudaro tirpūs ir netirpūs baltymai, Tirpūs baltymai nusiplauna šaltu vandeniu, o netirpius baltymus reikia plauti šiltu vandeniu su plovikliu. Be to po valymo ir dezinfekcijos ciklo vandenyje tirpūs baltymai aukštos temperatūros arba chemikalų poveikyje denatūruoja ir tampa netirpūs vandenyje. Dėl to testą sudaro fibrinas (vandenyje netirpus baltymas) ir hemoglobinas (tirpus vandenyje baltymas). „Standartizuotas“ reiškia kad testo taršos gamybai naudojamas išgrynintas baltymas, visada tokios pat kokybės ir toks pats kiekis, o ne gyvūno kraujas, kurio savybės ir sudėtis gali varijuoti. Jei paliecate lygiavertės medžiagos tai tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus kokia tarša padengti testai ir kad jie yra lygiaverčiai nurodytoms taršoms. Perkančioji organizacija nurodo, kad : „atitinka LST EN ISO 15883 standartą arba lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);“. Prašome tikslinti sekančiai: atitinka LST EN ISO 15883-5/2021 standartą“. Lygiavertį standartą nėra, todėl Perkančiosios organizacijos turi vadovautis šia naujausia standarte nurodyta informacija.. “

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 8 pirkimo dalies techninėje specifikacijoje prašoma, kad testo sudėtis būtų – “standartizuotas kraujo fibrinas ir polisacharidai arba lygiavertės medžiagos” ir prašoma pateikti dokumentus patvirtinančius, kad testai atitinka EN ISO 15883 standartą, kas įrodo, jog siūlomai priemonei naudojamos standartizuotos taršos medžiagos, kurios koreliuoja su žmogaus krauju ir audiniais. Tikslinti techninę specifikaciją nurodant testo sudėtį ir išimant „ar lygiavertės medžiagos“ netikslinga, kadangi bus ribojama tiekėjų konkurencija.

Techninės specifikacijos reikalavimas „atitinka LST EN ISO 15883 standartą arba lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)“, bus tikslinamas į „atitinka LST EN ISO 15883-5 standartą (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)“.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„11 p.d. „Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai aktyvuoto deguonies pagrindu“ Perkančioji organizacija nurodo, kad: „veiklioji medžiaga – peroksidas arba peracto rūgštis;“ Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti reikalavimą sekančiai: „veiklioji medžiaga – aktyvuoto deguonies

pagrindu arba peracto rūgštis;“ Taip bus išaiškinta, kokios tiksliai veikliosios medžiagos produkto nori įsigyti Perkančioji organizacija.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 11 pirkimo dalies „Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai aktyvuoto deguonies pagrindu“ techninės specifikacijos reikalavimas, kad „veiklioji medžiaga – peroksidas arba peracto rūgštis“, aiškiai nurodo, kokios tiksliai veikliosios medžiagos produkto nori įsigyti Perkančioji organizacija. Koreguoti techninę specifikaciją į „veiklioji medžiaga – aktyvuoto deguonies pagrindu arba peracto rūgštis;“ netikslinga.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„Norime atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį į tai, kad rinkoje plačiausiai naudojamų kilimėlių išmatavimai yra 45x120cm. Prašome praplėsti leistiną paklaidą ilgiui: 115-120cm 5. Kilimėliai higieniniai.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 5 pirkimo dalies techninėje specifikacijoje reikalaujama: „tinkantis į spec. dviejų sekcijų rėmelius; dydis – 45 ± 1 cm x 115 ± 1 cm.;“.

Nurodyti kilimėlių išmatavimai atitinkantys perkančiosios organizacijos turimų rėmelių dydžius. Techninė specifikacija koreguojama nebus.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

1. „Prausimosi pirštinės, prisotintos pH prausiklio:

- vienkartinės sausos arba drėgnos pirštinės prisotintos natūralaus odos pH (5,5) prausiklio;
- sausos pirštinės supakuotos iki 20 vnt. pakuotėje; drėgnos pirštinės, turi būti supakuotos ~~po vieną~~ **iki 8 vnt (ne daugiau kaip 8 vnt)** individualioje pakuotėje;
- matmenys: 16 ± 2 cm x $25 \pm 3,5$ cm, ~~storis 5 ± 2 mm.~~
- Orientacinis poreikis 150 000 vnt..“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad dažniausiai skyriuose nėra vienu metu daug prausiamų pacientų, todėl kai drėgnos pirštinės būna supakuotos ne po vieną, atidarius pakuotę, likę pirštinės gali išsausėti ir tapti netinkamos naudojimui. Todėl pirštines supakuotas ne po vieną pirkti yra neekonomiška. Taip pat, reikia pažymėti, kad naudojant drėgnas pirštines ne vienam pacientui, didėja užteršimo dauginio atsparumo mikroorganizmais tikimybė (drėgna terpė yra palanki mikroorganizmų dauginimuisi), kas didina hospitalinių infekcijų riziką. Pirštinių storis 5 ± 2 mm yra optimalus, atitinkantis perkančiosios organizacijos poreikius. Komisija sprendžia, kad techninės specifikacijos reikalavimai keičiami nebus.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„Turime pastebėjimų dėl 3 pirkimo dalies. Servetėlių ir šluosčių storis matuojamas g/m^2 . Norime Jūsų paprašyti pakeisti matavimo vienetą, servetėlių storį 5 ± 2 mm į parametrus medžiaga ne mažiau $100 g/m^2$..“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad 3 pirkimo dalis – „Prausimosi pirštinės, prisotintos pH prausiklio“, nurodytas reikalingas prausimo pirštinių storis. Sausų servetėlių techninėje specifikacijoje pirkimo dalis Nr.1, nurodomas tik servetėlės dydis cm^2 .

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.