

Chirurginiai siūlai, tinkleliai ir juostos

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas ir techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1	Nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų standartinio svorio polipropileno arba lygiavertės medžiagos chirurginis tinklelis 20 x 20 ± 1 cm. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis 2,4±0,4 x 3,0±0,6 mm. Optimalus tankis 46 g/m ² ± 2. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje.	vnt.	160
2	Pusiau besirezorbuojantis intraabdominalinis pozicionavimo tinklelis 4.3 ±0.5 cm (Sterilus; vienkartinis; pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ar lygiavertės medžiagos ir besirezorbuojančio hidrogelio ar lygiavertės medžiagos; su tvirtinimo juostelėmis; su atminties žiedu, pagamintu iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos; gali būti dedamas ant vidaus organų; apvalus; įpakuotas po 1 vnt.)	vnt.	16
3	Pusiau besirezorbuojantis savaime prikimbantis chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms su poliaktinės rūgšties ar lygiavertės medžiagos besirezorbuojančiais kabliukais (monofilamentinis poliesteris arba lygiavertė medžiaga su poliaktinės rūgšties ar lygiavertės medžiagos besirezorbuojančiais lipniais kabliukais, porų dydis 1,1±0,1 x 1,7±0,1 mm, tinklo storis prieš absorbciją 73±2 g/m ² , po absorbcijos 38±2 g/m ² , tinklelio dydis 15±1 x 30±1 cm)	vnt.	10
4	Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių siūlai akių ir kitoms operacijoms		
4.1	siūlo storis - 10-0, adatos ilgis - 5,5±0,5, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas - 1/2, adatos tipas - spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - ne daugiau 30 cm	vnt.	432
4.2	siūlo storis - 7-0, adatos ilgis - 6,5±0,1, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas - 3/8, adatos tipas - spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - ne daugiau 50 cm	vnt.	3120

4.3	siūlo storis - 6-0, adatos ilgis - $8\pm 0,1$, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas - $1/4$, adatos tipas - spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - ne daugiau 50 cm	vnt.	3400
5	Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių ar lygiaverčių medžiagų spalvoti siūlai (Vicryl arba lygiavertis) siūlo storis – 6-0, adatos ilgis 11-13 mm, adatų skaičius - 1, adatos lenktumas – $3/8$, adatos tipas – pjaunanti, siūlo ilgis - 30-50 cm	vnt.	1 200
6	Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių ar lygiaverčių medžiagų spalvoti siūlai (Vicryl arba lygiavertis) siūlo storis – 5-0, adatos ilgis 6,6-8 mm, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas – $1/2$, adatos tipas – spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - iki 50 cm	vnt.	1 200
7	Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido arba lygiavertės medžiagos siūlai (Ethilon arba lygiavertis) siūlo storis – 10-0, adatos ilgis $6,5\pm 0,01$ mm, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas – $3/8$, adatos tipas – spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - 30 ± 1 cm	vnt.	2 160
8	Nesirezorbuojantys sintetiniai monofilamentiniai polipropileno arba lygiavertės medžiagos siūlai (Prolene arba lygiavertis) siūlo storis – 10-0, adatos ilgis 13-14 mm, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas – $1/4$, adatos tipas – pjaunanti, siūlo ilgis - 20 ± 5 cm	vnt.	300
9	Nesirezorbuojantys sintetiniai monofilamentiniai poliamido arba nailono ar lygiaverčių medžiagų siūlai (siūlo storis – 4-0, adatos ilgis 19-22 mm, adatų skaičius - 1, adatos lenktumas – $3/8$, adatos tipas – pjaunanti, siūlo ilgis - 60-75 cm)	vnt.	6 000
10	Nesirezorbuojantys sintetiniai monofilamentiniai polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlai (siūlo storis – 0, adatos ilgis 46-50 mm, adatų skaičius - 1, adatos lenktumas – $1/2$, adatos tipas – pjaunanti arba pjaunančiu galu, siūlo ilgis - 70-90 cm)	vnt.	1200

11	Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, pagamintas iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas (siūlo storis - 0, adatos ilgis 36 ± 1 , adatos lenktumas - $1/2$, adatų skaičius - 2, adatos tipas - apvali, siūlo ilgis - $24 \pm 1 \times 24 \pm 1$ cm)	vnt.	96
12	Sterilūs, besirezorbuojantys, sintetiniai, mazgo nereikalaujantys, pagaminti iš poliglekaprono arba lygiavertės medžiagos, padengti antibakterine medžiaga chirurginiai siūlai (pilna rezorbcija 90 – 120 parų, siūlo storis – 3-0, adatos ilgis 26 ± 1 mm, adatos lenktumas – $1/2$, adatos galiuko tipas – apvalus)	vnt.	240
13	Nailoninis arba lygiavertės medžiagos sterilus monofilamentinis juodos spalvos siūlas priekinio akies segmento chirurgijai (siūlo storis 10-0, adatos ilgis - $5,5 \pm 0,05$ mm, adatų skaičius - 2, lenktumas - $3/8$, adata abipus pjaunanti („slidės“ tipo) plotis plačiausioje vietoje $0,23 \pm 0,01$ mm, storis prie „uodegėlės“ $0,17 \pm 0,01$ mm , siūlos ilgis 30 ± 1 cm)	vnt.	200
14	Monofilamentinis polipropileno ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas, siūlo storis 2-0, lenktumas - $1/2$, 36 ± 1 mm apvali adata, siūlo ilgis 75 ± 1 cm.	vnt.	36
15	Nesirezorbuojanti pinta sintetinė poliesterio ar lygiavertės medžiagos juosta (juostos plotis $5 \pm 0,5$ mm, juostos ilgis 40 ± 1 cm, adatų skaičius -2, adatos tipas - apvali, adatos lenktumas - $1/2$, adatos ilgis 48 ± 1 mm.)	vnt	96
16	Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos, sterilus, sintetinis polifilamentinis poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių ar lygiaverčių medžiagų siūlas (siūlo storis - 2, adatos ilgis 60-61 mm, adatos lenktumas - $1/2$, adatos tipas - apvali, siūlo ilgis 90 ± 5 cm)	vnt	288

17	Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis chirurginis siūlas (pilna rezorbcija per 56-70 dienų, sterilus, sintetinis, polifilamentinis, pagamintas iš poliglaktino ar lygiavertės medžiagos. Siūlo storis -6, siūlo ilgis 75 ± 1 cm, siūlas spalvotas. Siūlo stiprumo išlaikymas - 75% po 14 dienų, 50% po 21 dienos, 25% po 28 dienų. Adatos ilgis 48 ± 1 mm, adatos lenktumas - $1/2$, adata - apvali, pjaunančiu galu. Adata turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje)	vnt	360
----	---	-----	-----

Papildomi reikalavimai:

1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.