

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-03-04 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **gyvybinių funkcijų monitorių** pirkimo (Nr. 1504826).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

3.	Monitoriaus maitinimo šaltiniai	1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumulatorius): 2.1. Ličio jonų arba lygiavertis; 2.2. Akumulatorius įkraunamas; 2.3. Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumulatoriaus >=4 val. >=3.5 val.	
10.	Pavojaus signalai (aliarmai)	Garsiniai ir vizualiniai garsiniai ir/arba vizualiniai signalai	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

~~Viešojo pirkimo komisijai pateiktas, turintis pateiktus siūlymus, pastabas ir reikalavimus.~~

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

3 punkte nustatytas reikalavimas mažiausiam monitoriaus veikimo laikui, maitinant iš akumulatoriaus, pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir tiekėjo siūlymas mažinti reikalavimą yra nepriimtinas, kadangi esant nenumatytai situacijai yra aktualu, jog monitorius iš akumulatoriaus, nesant galimybės pajungti elektros maitinimo tiesiogiai iš elektros tinklo, veiktų nepertraukiamai kuo ilgiau.

10 punkte nustatytas reikalavimas pavojaus signalams (aliarmams) pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir tiekėjo siūlymas pridėti žodį „arba“ yra nepriimtinas, nes įgalintų tiekėjus siūlyti prastesnių techninių charakteristikų gyvybinių funkcijų monitorius, kurie neturėtų vieno iš dviejų reikalaujamų informavimo būdų. Akušerijos skyriuje dirbančiam medicininiam personalui aktualu, kuo greičiau sužinoti apie pacientams kylančias grėsmes ir galėti kuo tiksliau identifikuoti, kokia pavojaus signalo priežastis.

Komisija norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, kad techninės specifikacijos pastabose, papildomuose reikalavimuose nurodytas reikalavimas pirkimo komisijai pareikalavus pateikti siūlomų prekių pavyzdžius yra tipinis reikalavimas, įprastai taikomas LSMU ligoninės Kauno klinikų vykdomuose medicininės / laboratorinės įrangos / baldų viešuosiuose pirkimuose. Pastebima, kad pateikti prekių pavyzdžius, viešojo pirkimo Komisija prašo tik išimtiniais atvejais, kai kyla abejonių dėl siūlomų prekių kokybės arba dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, sprendžiama nurodyto reikalavimo nenaikinti.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.