

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	„Reagentai ir priemonės mikroorganizmų identifikacijai masių spektrometrijos metodu“
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-02-19, Nr.1274305
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-02-19 iki 2025-02-26
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	1
APIBENDRINIMAL, IŠVADOS IR SIŪLYMAI	
Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, - perkančioji organizacija išnagrinėjo ir įvertino pastabas, rekomendacijas ir siūlymus techninių specifikacijų projektui.	

Informuojame, kad išnagrinėjusi pateiktas pastabas ir pasiūlymus, perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus:

Techninės specifikacijos punktas	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūlomas pakeitimas/ siūloma prekė	Perkančiosios organizacijos sprendimas
1.4 Plokštelė	Plokštelė su brūkšniniu kodu, skirta mikroorganizmų identifikacijai, ne mažiau 48 pozicijų. <i>Tiekėjas turi pasiūlyti 1 variantą,- arba vienkartinio naudojimo plokštelę (1.4.1.) arba daugkartinio ir vienkartinio naudojimo plokštelę (1.4.2/1.4.1.).</i>	Prašome patikslinti šį punktą ir išdėstyti jį taip: Tiekėjas turi pasiūlyti 1 variantą - arba vienkartinio naudojimo plokštelę (1.4.1.) arba daugkartinio naudojimo plokštelę.	Perkančioji orgnizacija nesutinka pakeisti keliamo reikalavimo,- reikalavimas suformuluotas atsižvelgus į perkančiosios organizacijos laboratorijos darbo specifiką ir racionalų lėšų naudojimą.
	Numatytas prekių (reagentų ir priemonių) pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.	Siūloma keisti reagentų ir priemonių pristatymo terminą į „ ne ilgesnis nei 14 kalendorinių dienų “, nes tik tokiu atveju galima užtikrinti reagentų ir priemonių tiekimą su geriausiu galiojimo laiku tiesiogiai iš gamintojo.	Perkančioji organizacija sutinka pakeisti reagentų ir priemonių pristatymo terminą į „ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.“

Tiekėjų klausimai:

1. Įrangos gamybos metai – ar siūloma panaudai įranga turi būti nauja ir nenaudota, ar galima siūlyti ir naudotą? Jei bus galima siūlyti naudotą įrangą – ar perkančioji organizacija numatys konkrečius siūlomos įrangos pagaminimo metus?

Atsakymas: Panaudai gali būti siūloma naudota, techniškai tvarkinga įranga, pagaminta ne anksčiau kaip 2019 m.

2. Perkančioji organizacija planuoja atlikti 45000 mikroorganizmų identifikacijų ir 1200 mikroorganizmų identifikacijų iš specializuotų skystų terpių, skirtų bakterijų kultivavimui iš kraujo. Pagal įrangos ir reagentų gamintojo parengtas IVD instrukcijas kiekvienoje matavimo plokštelėje (daugkartinio ar vienkartinio naudojimo) su mėginiais turi būti matuojamas ir bakterijų standartas (bent viena pozicija

daugkartinio ar vienkartinio naudojimo plokštelėje). Mūsų siūlomos plokštelės yra 96 vietų ir pagal perkančiosios organizacijos pateiktas planuojamas identifikacijų apimtis turėtų būti atliekama daugiau nei 480 įrangos paleidimų su pilna daugkartinio ar vienkartinio naudojimo plokšte. Vadinasi, turės būti atliekama daugiau nei 480 bakterijų standarto matavimų. **Mūsų manymu dabartinis suplanuotas bakterijų standarto tyrimų skaičius yra per mažas atliekant mikroorganizmų identifikacijų pagal gamintojo parengtas IVD instrukcijas.** Jei bus atliekamas mažesnis mikroorganizmų identifikacijų skaičius vienoje plokštelėje, bakterijų standarto tyrimų skaičius būtų dar didesnis. Ar galite patikslinti kiek vidutiniškai mikroorganizmų identifikacijų bus atliekama vienoje plokštelėje vieno paleidimo metu?

Atsakymas: Perkančioji organizacija panaikins reikalavimą dėl bakterijų standarto.

3. Bendrieji reikalavimai: 2.9. Tiekėjas turi užtikrinti siūlomos įrangos saugią darbinę būklę ir kokybišką funkcionalumą visą sutarties galiojimo laiką – ar perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti įrangos gamintojo išduotą patvirtinantį dokumentą, kad tiekėjas turi atestuotą serviso inžinierių, kuris užtikrintų siūlomos įrangos saugią darbinę būklę ir kokybišką funkcionalumą visą sutarties galiojimo laiką?

Atsakymas: Perkančioji organizacija tokio reikalavimo nekelia.

4. Bendrieji reikalavimai: 2.10. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu – ar perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti įrangos gamintojo išduotą patvirtinantį dokumentą, kad tiekėjas turi atestuotą specialistą, kuris teiks nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu?

Atsakymas: Perkančioji organizacija tokio reikalavimo nekelia.