

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„VAISIAUS BŪKLĖS STEBĖJIMO MONITORIŲ (KARDIOTOKOGRAFŲ) ATNAUJINIMAS IR
SUJUNGIMAS Į CENTRINĘ MONITORAVIMO STOTĮ“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-03-03 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl ***vaisiaus būklės stebėjimo monitorių (kardiotokografų) atnaujinimo ir sujungimo į centrinę monitoravimo stotį*** pirkimo (Nr. 1481817).

Tiekėjas teikia pastabas techninės specifikacijos projektui: *„Negalime išpildyti techninės specifikacijos p.2.4. „Tinklo plėtra. Ateityje galima į bendrą tinklą prijungti daugiau kardiotokografų, palaikančių RS-232 (arba lygiavertę) jungtį, nepriklausomai nuo monitoriaus gamintojo“, todėl prašome šį reikalavimą šalinti.“*

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabą/siūlymą, sprendžia sutikti su tiekėjo prašymu ir pašalinti techninės specifikacijos 2.4 punktą.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.