

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„RENTGENO APSAUGOS PRIEMONĖS”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-03-06 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **rentgeno apsaugos priemonių** pirkimo (Nr. 1550707).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

1 pirkimo dalis:

1.4.	Konstrukcija	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apykaklės, liemenės ir sijono komplekto dalys priekyje pilnai persidengia (<i>būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos kaklo apsaugos priekinė dalis persidengia su siūloma liemene</i>); 2. Kaklo apsaugos (apsaugos skydliaukei) priekinė dalis praplatinta; 3. Paminkštinti įsiuvai pečiams; 4. Liemenės užsegimas priekinėje dalyje „velcro“ tipo arba lygiavertis; 5. Sijono užsegimas priekinėje dalyje „velcro“ tipo (arba lygiavertis) su papildoma sagtimi tvirtesniam užsegimui; 6. Kaklo apsaugos (apsaugos skydliaukei) užsegimas nugarinėje dalyje „velcro“ tipo arba lygiavertis. 	<p>Siūlome numatyti magnetinio tipo liemenės užsegimą. Santaros klinikų kelių metu patirtis parodė, jog toks užsegimas yra ženkliai patogesnis. Nėra velcro juostos, kuri renka šiukšles ir kimba pri kitų paviršių. Magnetinis užsegimas yra tiek ergonomiškesnis, užtikrina aukštesnį higienos lygį ir lengviau prižiūrimas. Kadangi magnetas yra integruotas po audiniu, tokias priemones lengviau valyti ir dezinfekuoti. Šiuolaikiniai magnetiniai užsegimai nėra silpnesni už velcro užsegimą.</p>
1.5.	Dydis	Liemenės ir sijono dydžiai (nuo mažo iki didelio: S, M, L, XL) pasirenkami užsakymo metu	<p>Siūlome numatyti, kad komplektai gaminami pagal individualius darbuotojų dydžius.</p> <p>Siūlome numatyti, kad sijon prilaiko standus reguliuojamas diržas o ne sagtis. Standus juostinis diržas suteikia ženkliai daugiau komforto</p> <p>Taip pat siūlome numatyti liemens jungtį su apykakle</p>
1.6.	Spalva	Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (<i>nurodykite siūlomas spalvas</i>)	<p>Siūlome numatyti tik dydį pagal užsakovo matmenis. Kadangi skirtingi gamintojų dydžiai skiriasi, atsiranda didelė tikimybė, kad parinkti dydžiai netiks numatytam personalui.</p>
1.7.	Švino ekvivalento identifikavimas	Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugų nuo rentgeno spindulių komplekto (atskirų dalių) arba etiketėse	<p>Taip pat siūlome numatyti reikalavimą išsiuvinėti konkrečias pavardes ant konkretaus dydžio priemonių. Išsiuvinėjimas gali būti daromas ant velcro tipo antsiuvų, tad net keičiantis personalui, priemonės gali būti panaudotos.</p>
1.8.	Priežiūros rekomendacijos	Kartu su apsaugos nuo rentgeno spindulių (apykaklės, liemenės ir sijono) komplektu pateikiamos jo priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba	<p>Taip pat siūlome numatyti reikalavimą išsiuvinėti konkrečias pavardes ant konkretaus dydžio priemonių. Išsiuvinėjimas gali būti daromas ant velcro tipo antsiuvų, tad net keičiantis personalui, priemonės gali būti panaudotos.</p>
1.9.	Standartai	Apsaugos priemonė turi atitikti: 1. IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-	

2 pirkimo dalis:

		apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės	
2.2.	Rėmelių medžiaga	Rėmeliai pagaminti iš nailono arba lygiavertės medžiagos	Siūlome nenumatyti konkrečios medžiagos arba numatyti TR90. Mūsų siūlomi akiniai pagaminti iš TR90 kas yra auksinis akininių standartas ir ženkliai geriau už nailoną.
2.3.	Apsauginė medžiaga	Su apsauginiais stiklais, įmontuotais priekyje, bei apsauginiais stiklais arba kitos medžiagos apsaugomis šonuose	
2.4.	Švino ekvivalentas	1. Priekinių apsauginių stiklų švino ekvivalentas $\geq 0,75$ mm Pb; 2. Šoninių apsauginių stiklų (arba kitos medžiagos) $\geq 0,50$ mm Pb.	Siūlome numatyti kiek didesnį svorį 96g. Mūsų siūlomi akiniai turi visapusiška švino pasaugą visu plotu, tad akys yra visapusiškai apsaugotos, kadangi naudojamos visapusiška apsauga akinių svoris yra kiek didesnis, tačiau jie labiau apsaugo ir išlieka ergonomiški. Paketimas nėra reikšmingas tačiau suteiktą galimybę pasiūlyti itin kokybišką produktą.
2.5.	Konstrukcija	Akinų svoris ne daugiau kaip 90 g	
2.6.	Dydis	Universalaus dydžio arba užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 2 dydžių (nurodykite siūlomus dydžius)	
2.7.	Švino ekvivalento identifikavimas	Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės	
2.8.	Priežiūros rekomendacijos	Kartu su akiniais pateikiamos jų priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba	

Tiekėjas prašo prekių pristatymo terminą pratęsti iki 12 savaičių.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymais 1 pirkimo dalyje numatyti magnetinio tipo užsegimą bei numatyti standų reguliuojamą diržą sijonui prilaikyti, kadangi techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti lygiavertčio ir geresnių charakteristikų produkto, jeigu pagrindžia siūlomo sprendimo lygiavertiškumą.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 1 pirkimo dalyje įtraukti reikalavimą liemenės jungčiai su apykakle, nes toks reikalavimas galimai ribotų konkurenciją. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti produkto su daugiau nei nurodyta funkcionalumą.

Komisija, atsižvelgdama kad tiekėjas siūlo apsaugos priemones, gaminamas pagal individualius matmenis, sprendžia patikslinti 1 pirkimo dalies techninės specifikacijos 1.5 punkto reikalavimus:

1.5.	Dydis	Liemenės ir sijono dydžiai: pasirenkami nuo mažo iki didelio: S, M, L, XL, užsakymo metu arba gaminami pagal individualius užsakovo matmenis
------	-------	---

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 1 pirkimo dalyje įtraukti reikalavimą „išsiuvinėti konkrečias pavardes ant konkretaus dydžio priemonių. Išsiuvinėjimas gali būti daromas ant velcro tipo antsiuvų, tad net keičiantis personalui, priemonės gali būti panaudotos“, nes toks reikalavimas galimai ribotų konkurenciją. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti produkto su daugiau nei techninėje specifikacijoje nurodyta funkcionalumą.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 2 pirkimo dalies 2.2 punkte „nenurodyti konkrečios medžiagos arba numatyti TR90“. Komisija norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, kad Perkančiajai organizacijai aktualu nurodyti, iš kokios medžiagos galėtų būti pagaminti rėmeliai, jog būtų užtikrintos produkto savybės, asocijuojamos su nurodyta medžiaga. Atsižvelgiant į viešai prieinamą informaciją, komisija nesutinka įtraukti „TR90“ į reikalavimus, kadangi tai yra konkretus komercinis nailono atmainos pavadinimas, o techninės specifikacijos 2.2 punkto reikalavimas „rėmeliai pagaminti iš nailono arba lygiavertės medžiagos“ nedraudžia tiekėjui siūlyti apsauginių akininių, kurių rėmeliai būtų pagaminti iš nailono arba lygiavertės medžiagos (jeigu tiekėjas pateikia lygiavertiškumo pagrindimą).

Komisija sprendžia patikslinti 2 pirkimo dalies techninės specifikacijos 2.5 punkto reikalavimus:

2.5.	Konstrukcija	Akinių svoris ne daugiau kaip 96 g
------	--------------	---

Komisija priima sprendimą pratęsti prekių pristatymo terminą **iki 12 savaičių**.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.