

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-03-03 gautas Tiekėjo siūlymas dėl 2025-02-27 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 1431232) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjas pateikia siūlymą:

Nr. 2. Srauto jutiklis Hamilton Medical aparatui:

*Srauto jutiklis Hamilton Medical aparatui. Originalių prekių gamintojas (HAMILTON MEDICAL AG) nebegamina prekės kodu 260177, srauto jutiklį, kurių jungiamųjų vamzdelių ilgis 160 cm. Juos pakeitė srauto jutikliai prekės kodu 155500, identiški jutikliai tik šių jungiamųjų vamzdelių ilgis 188 cm. Visa likusi specifikacija identiška. Prašome atsižvelgti į pastebėjimus ir pakeisti Techninę specifikaciją į:
“<...> Hamilton Medical AG P/N 155500 <...>“- jungiamųjų vamzdelių ilgis 188 cm ± 0,5 cm;”*

Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 2. Srauto jutiklis Hamilton Medical aparatui** sutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimus.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

2. Srauto jutiklis Hamilton Medical aparatui:

- kliniškai švarus;
- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);
- individualiame įpakavime;
- srauto jutiklis skirtas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatams Hamilton Medical AG P/N 155500, naujagimiams;
- matavimo ribos 0 - 30 l/min;
- jungiamųjų vamzdelių ilgis 188 cm ± 0,5 cm;
- jutiklio žalingo tarpo tūris ne daugiau 1,3 ml;
- jungtys, įjungimui į kvėpavimo kontūrą 15 M-15 F;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 2.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.