

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Kiekis, vnt.	Privalomi techniniai parametrai
1.	Video laringoskopas – 1 komplektas		
1.1	Video monitorius, 1 vnt.	1	1. Ekranas skersmuo $\geq 8''$; 2. Lietimui jautrus (angl. <i>touch screen</i>); 3. Su integruotu mikrofonu, garso įrašams ar komentarams; 4. Raiška $\geq (1920 \times 1200)$ taškų; 5. ≥ 2 jungtys instrumentams; 6. Galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo ar lygiavertės laikmenas; 7. Galimybė išskelti video vaizdus ir nuotraukas į laikmenas per USB tipo jungtį; 8. Video monitorius vienu metu gali vaizduoti du vaizdus. Vaizdai gali būti vaizduojami šalia vienas kito (angl. <i>side by side</i>) arba vaizdas vaizde (angl. <i>picture in picture</i>). 9. Monitorius turi turėti laikiklį pritvirtinamą prie stovo; 10. Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparios medžiagos; 11. Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; 12. Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; 13. Komplektuojamas tinkamas akumuliatoriaus pakrovėjas ir laidas laringoskopo pleištui ir video monitoriui sujungti.
1.2	Video laringoskopo pleištai, 1 vnt.	1	1. Macintosh arba lygiavertės tipo 4 dydžio pleištai; 2. Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; 3. Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; 4. Kameros raiška $\geq 1280 \times 800$ taškų; 5. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
1.3	Video laringoskopo pleištai, 1 vnt.	1	1. Macintosh arba lygiavertės tipo 3 dydžio pleištai; 2. Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; 3. Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; 4. Kameros raiška $\geq 1280 \times 800$ taškų; 5. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
1.4	Video laringoskopo pleištai, 1 vnt.	1	1. Pleištai pritaikyti naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D- pleišto tipo arba lygiavertės); 2. Suaugusiems; 3. Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; 4. Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; 5. Kameros raiška: $\geq 1280 \times 800$ taškų; 6. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
1.5	Vežimėlis, 1 vnt.	1	1. Pritaikytas komplektuojamam vaizdo monitoriui tvirtinti; 2. Aukštis 130 ± 15 cm; 3. Su ≥ 4 antistatiniais ratukais; 4. Su krepšiu ar spec. vietomis laringoskopo pleištam ir reikmenims susidėti;
1.6	Žymėjimas CE ženklu		Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą)
1.7	Garantinio aptarnavimo laikotarpis		≥ 24 mėn.

PASTABA:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.1. Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti gamintojo paruoštais siūlomų priemonių bukletais, prekių katalogais, kuriuose gamintojas patvirtina, apie siūlomų prekių atitikimą reikalaujamiems parametrams arba pateikiant nuorodą į gamintojo katalogo internetinį puslapį, kuriame gamintojas viešai nurodo siūlomos prekės atitikimą reikalaujamiems parametrams. Šie dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (jei pateikiama internetinė nuoroda, tai atitinkamai pateikiamas nurodytos informacijos vertimas į lietuvių kalbą).

1.2. Gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos medicinos įrangos garantinį aptarnavimą (arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios medicinos įrangos garantinį aptarnavimą).

2. Prekę pristatoma, sumontuojama ir sukomplektuojama su visais priedais, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiaverčiais dokumentais), užpildytu medicinos prietaiso pasu, kad būtų užtikrintas tinkamas įrangos naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas įrangos gamintojo dokumentacijoje; Tiekėjas apmoko personalą darbui su įranga.

3. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4. papunkčiu:

3.1. Tiekėjas privalo prekę atvežti pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 15:00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalausti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

3.2. Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: jei prekės supakuojamos į antrinę ir (ar) tretinę (transportavimo) pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas prekes pirkėjui, pateikia prekės antrinės ir (ar) tretinės (transportavimo) pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

Anesteziologijos reanimacijos skyriaus vedėja
(Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos)


(parašas)

Daina Drakšienė
(vardas ir pavardė)

TVIRTINA:

Vyriausiasis gydytojas
(Vadovo pareigos)


(parašas)

Romaldas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)