



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS

Suinteresuoti dalyviai
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2024-11-29 Nr. 24SR-VPS- 5506

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO

Viešojo pirkimo „Suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo sistemos įrengimas, nuoma, techninė priežiūra ir remontas (Nr. 8293)“ sąlygų paaiškinimai.

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gautus tiekėjų klausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomus atsakymus.

2024-11-28 CVP IS pranešimas Nr. 13039182

Klausimas: Įrangos sumontavimo vietoje yra reikalingas elektros energijos šaltinis. Prašome patikslinti ar bus įrengtas trijų fazių 63 A (23 kW) elektros energijos įvadas?

Atsakymas. Patiksliname: įrangos sumontavimo vietoje bus įrengtas trijų fazių 63A (23kW) elektros energijos įvadas.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Jurgita Kunigonytė

J. Kunigonytė, tel. 8 (5) 2365104, jurgita.kunigonyte@santa.lt