

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„RADIACINĖS SAUGOS PRIEMONĖS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-02-28 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl ***radiacinės saugos priemonių*** pirkimo (Nr. 1454855).

1. Tiekėjas teikia pastabas techninės specifikacijos projektui:

1 pirkimo dalis:

„Siūlome numatyti ne Velcro, o magnetinio tipo užsegimą. Santaros klinikų kelių metu patirtis parodė, jog toks užsegimas yra ženkliai patogesnis. Nėra velcro juostos, kuri renka šiukšles ir kimba pri kitų paviršių. Magnetinis užsegimas yra tiek ergonomiškesnis, užtikrina aukštesnį higienos lygį ir lengviau prižiūrimas. Kadangi magnetas yra integruotas po audiniu, tokias priemonės lengviau valyti ir dezinfekuoti. Šiuolaikiniai magnetiniai užsegimai nėra silpnesni už velcro užsegimą.

Siūlome numatyti: Patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga.“

2 pirkimo dalis:

„Siūlome numatyti tik dydį pagal užsakovo matmenis. Kadangi skirtingi gamintojų dydžiai skiriasi, atsiranda didelė tikimybė, kad parinkti dydžiai netiks numatytam personalui.

Taip pat siūlome numatyti reikalavimą išsiuvinėti konkrečias pavardes ant konkretaus dydžio priemonių. Išsiuvinėjimas gali būti daromas ant velcro tipo antsiuvų, tad net keičiantis personalui, priemonės gali būti panaudotos.

Siūlome numatyti: Patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga.“

3 pirkimo dalis:

„Siūlome numatyti tik dydį pagal užsakovo matmenis. Kadangi skirtingi gamintojų dydžiai skiriasi, atsiranda didelė tikimybė, kad parinkti dydžiai netiks numatytam personalui.

Taip pat siūlome numatyti reikalavimą išsiuvinėti konkrečias pavardes ant konkretaus dydžio priemonių. Išsiuvinėjimas gali būti daromas ant velcro tipo antsiuvų, tad net keičiantis personalui, priemonės gali būti panaudotos.

Siūlome numatyti: Patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga.“

5 pirkimo dalis:

„Siūlome numatyti magnetinio tipo liemenės užsegimą. Santaros klinikų kelių metu patirtis parodė, jog toks užsegimas yra ženkliai patogesnis. Nėra velcro juostos, kuri renka šiukšles ir kimba pri kitų paviršių. Magnetinis užsegimas yra tiek ergonomiškesnis, užtikrina aukštesnį higienos lygį ir lengviau prižiūrimas. Kadangi magnetas yra integruotas po audiniu, tokias priemonės lengviau valyti ir dezinfekuoti. Šiuolaikiniai magnetiniai užsegimai nėra silpnesni už velcro užsegimą.

Siūlome numatyti, kad komplektai gaminami pagal individualius darbuotojų dydžius.

Siūlome numatyti, kad sijoną prilaiko standus reguliuojamas diržas.

Yra numatyta liemenės jungtis su apykakle.

Siūlome numatyti tik dydį pagal užsakovo matmenis. Kadangi skirtingi gamintojų dydžiai skiriasi, atsiranda didelė tikimybė, kad parinkti dydžiai netiks numatytam personalui. Taip pat siūlome numatyti reikalavimą išsiuvinėti konkrečias pavardes ant konkretaus dydžio priemonių.

Išsiuvinėjimas gali būti daromas ant velcro tipo antsiuvų, tad net keičiantis personalui, priemonės gali būti panaudotos.

Taip pat siūlome numatyti reikalavimą išsiuvinėti konkrečias pavardes ant konkretaus dydžio priemonių. Išsiuvinėjimas gali būti daromas ant velcro tipo antsiuvų, tad net keičiantis personalui, priemonės gali būti panaudotos.“

6 pirkimo dalis:

„Siūlome numatyti magnetinio tipo liemenės užsegimą. Santaros klinikų kelių metu patirtis parodė, jog toks užsegimas yra ženkliai patogesnis. Nėra velcro juostos, kuri renka šiukšles ir kimba pri kitų paviršių. Magnetinis užsegimas yra tiek ergonomiškesnis, užtikrina aukštesnę higienos lygį ir lengviau prižiūrimas. Kadangi magnetas yra integruotas po audiniu, tokias priemonės lengviau valyti ir dezinfekuoti. Šiuolaikiniai magnetiniai užsegimai nėra silpnesni už velcro užsegimą.

Siūlome numatyti, kad komplektai gaminami pagal individualius darbuotojų dydžius.

Taip pat siūlome numatyti reikalavimą išsiuvinėti konkrečias pavardes ant konkretaus dydžio priemonių. Išsiuvinėjimas gali būti daromas ant velcro tipo antsiuvų, tad net keičiantis personalui, priemonės gali būti panaudotos.“

7 pirkimo dalis:

„Siūlome numatyti liemenei ir apykaklei magnetinio tipo užsegimą. Santaros klinikų kelių metu patirtis parodė, jog toks užsegimas yra ženkliai patogesnis. Nėra velcro juostos, kuri renka šiukšles ir kimba pri kitų paviršių. Magnetinis užsegimas yra tiek ergonomiškesnis, užtikrina aukštesnę higienos lygį ir lengviau prižiūrimas. Kadangi magnetas yra integruotas po audiniu, tokias priemonės lengviau valyti ir dezinfekuoti. Šiuolaikiniai magnetiniai užsegimai nėra silpnesni už velcro užsegimą.

Siūlome numatyti, kad komplektai gaminami pagal individualius darbuotojų dydžius.

Sijoną prilaiko standus reguliuojamas diržas.

Taip pat siūlome numatyti reikalavimą išsiuvinėti konkrečias pavardes ant konkretaus dydžio priemonių. Išsiuvinėjimas gali būti daromas ant velcro tipo antsiuvų, tad net keičiantis personalui, priemonės gali būti panaudotos.

Yra numatyta liemenės jungtis su apykakle.“

9 pirkimo dalis:

„Siūlome nenumatyti konkrečios medžiagos arba numatyti TR90. Mūsų siūlomi akiniai pagaminti iš TR90 kas yra auksinis akinių standartas ir ženkliai geriau už nailoną.

Siūlome numatyti kiek didesnę svorį 96g. Mūsų siūlomi akiniai turi visapusiška švino pasauga visu plotu, tad akys yra visapusiškai apsaugotos. kadangi naudojamos visapusiška apsauga akinių svoris yra kiek didesnis, tačiau jie labiau apsaugo ir išlieka ergonomiški. Pakeitimas nėra reikšmingas tačiau suteiktą galimybę pasiūlyti itin kokybišką produktą.“

10 pirkimo dalis:

„Siūlome nenumatyti konkrečios medžiagos arba numatyti TR90. Mūsų siūlomi akiniai pagaminti iš TR90 kas yra auksinis akinių standartas ir ženkliai geriau už nailoną.

Siūlome numatyti kiek didesnę svorį 96g. Mūsų siūlomi akiniai turi visapusiška švino pasauga visu plotu, tad akys yra visapusiškai apsaugotos. kadangi naudojamos visapusiška apsauga akinių svoris yra kiek didesnis, tačiau jie labiau apsaugo ir išlieka ergonomiški. Pakeitimas nėra reikšmingas tačiau suteiktą galimybę pasiūlyti itin kokybišką produktą.“

14 pirkimo dalis:

„Siūlome numatyti galimybę siūlyti didesnę langą. Mūsų mažiausias lanagas yra 80x70. Siūlome numatyti galimybę siūlyti aukštesnę širmą Mūsų siūloma yra 200cm.“

Tiekėjas prašo pratęsti prekių pristatymo terminą iki 12 savaičių.

2. Tiekėjas teikia pastabas techninės specifikacijos projektui:

2 pirkimo dalis:

„Siūlome papildyti: galimybė pasirinkti moterišką ar vyrišką modelį, kadangi moteriški yra labiau liemenuoti, krūtinės konstrukcija kiek kitokia.

Yra apsaugų galimybė su Cool Wear pamušalu - garinančiu drėgmę, kas aktualu ilgų procedūrų metu. Papildomai kainuoja.“

3 pirkimo dalis:

„Apsauginė prijuostė (nugaroje apsauga dengianti nugarą ir kojų dalį). Ar tai yra palto tipo apsauga?

Siūlome papildyti: su skeltukais šonuose, kadangi jei tai palto tipo konstrukcija yra patogiau judėti.

Siūlome papildyti: su diržu - svorio pasiskirstymui ir stuburo paramai.

Siūlome papildyti: galimybė pasirinkti moterišką ar vyrišką modelį, kadangi moteriški yra labiau liemenuoti, krūtinės konstrukcija kiek kitokia.

Yra apsaugų galimybė su Cool Wear pamušalu - garinančiu drėgmę, kas aktualu ilgų procedūrų metu. Papildomai kainuoja.“

4 pirkimo dalis:

„Siūlome apsvarstyti apsaugos su jau prisiūta skydliaukės apsaugos apykakle variantą - galimybė turėti su apykakle arba be jos.“

5 pirkimo dalis:

„Siūlome papildyti: galimybė pasirinkti moterišką ar vyrišką modelį, kadangi moteriški yra labiau liemenuoti, krūtinės konstrukcija kiek kitokia.

Yra apsaugų galimybė su Cool Wear pamušalu - garinančiu drėgmę, kas aktualu ilgų procedūrų metu. Papildomai kainuoja.“

6 pirkimo dalis:

„Apykaklės tvirtinimo būdas. Ar apykaklė tvirtinama prie prijuostės? Jei taip, prašome nurodyti, kokių būdu 1 variantas - Su sagtimi, 2 variantas - prisiūta juostele. Papildomai kainuoja.“

7 pirkimo dalis:

„7.4. Kokia rankovių apsauga? .25 mm Pb, .35 mm Pb, .5mm Pb.

Siūlome papildyti: galimybė pasirinkti moterišką ar vyrišką modelį, kadangi moteriški yra labiau liemenuoti, krūtinės konstrukcija kiek kitokia.

Yra apsaugų galimybė su Cool Wear pamušalu - garinančiu drėgmę, kas aktualu ilgų procedūrų metu. Papildomai kainuoja.“

9 pirkimo dalis:

„9.5. Siūlome 90,4 gr. Kadangi tai nėra reikšminga, prašome akinių svorio ribas praplėsti iki 91 gr.

9.6. 3. Purškiklis nuo rasojimo (siūlome papildyti).“

12 pirkimo dalis:

Siūlome įrašyti matmenis	Aukštis - 150 cm (± 3 cm) Plotis - 65cm (± 3 cm), Ilgis - 70 cm (± 3 cm)
--------------------------	---

12.2.	Švino ekvivalento identifikavimas	Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės	Kabykla apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės neturi. Siūlome šį reikalavimą išbraukti
-------	-----------------------------------	--	--

Tiekėjas prašo pratęsti prekių pristatymo terminą iki 10 savaičių.

Komisija, įvertinusi 1 tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 1, 5, 6, 7 pirkimo dalyse numatyti magnetinio tipo užsegimą, kadangi techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti lygiaverčio (jeigu pagrindžia siūlomo sprendimo lygiavertiškumą) ir/arba geresnių charakteristikų produkto (kur užsegimo tipas nebuvo nurodytas reikalavimuose).

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 1, 2, 3 pirkimo dalyse numatyti „patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugierianti drėgmės medžiaga“, kadangi techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius. Techninėje specifikacijoje atsižvelgiama, kad skirtingų gamintojų produktų priežiūra gali skirtis.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 2, 3, 5, 6, 7 pirkimo dalyse numatyti „tik dydį pagal užsakovo matmenis“, kadangi šis tiekėjo siūlymas ribotų konkurenciją. Techninėje specifikacijoje atsižvelgiama, kad skirtingi gamintojai siūlo skirtingus dydžių sprendimus: vieni gamintojai siūlo standartizuotus dydžius, kiti gamintojai gamina pagal užsakovo matmenis.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 2, 3, 5, 6, 7 pirkimo dalyse įtraukti reikalavimą „išsiuvinėti konkrečias pavardes ant konkretaus dydžio priemonių. Išsiuvinėjimas gali būti daromas ant velcro tipo antsiuvų, tad net keičiantis personalui, priemonės gali būti panaudotos“, nes toks reikalavimas galimai ribotų konkurenciją. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti produkto su daugiau nei techninėje specifikacijoje nurodyta funkcionalumą.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 5, 7 pirkimo dalyse įtraukti reikalavimą jungčiai su apykakle, nes toks reikalavimas galimai ribotų konkurenciją. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti produkto su daugiau nei nurodyta funkcionalumą.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 5, 7 pirkimo dalyse įtraukti reikalavimą „kad sijoną prilaiko standus reguliuojamas diržas“, kadangi techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti produkto su daugiau nei techninėje specifikacijoje nurodyta funkcionalumą.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 9 ir 10 pirkimo dalyse „nenumatyti konkrečios medžiagos arba numatyti TR90“. Komisija norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, kad Perkančiajai organizacijai aktualu nurodyti, iš kokios medžiagos galėtų būti pagaminti rėmeliai, jog būtų užtikrintos produkto savybės, asocijuojamos su nurodyta medžiaga. Atsižvelgiant į viešai prieinamą informaciją, komisija nesutinka įtraukti „TR90“ į reikalavimus, kadangi tai yra konkretus komercinis nailono atmainos pavadinimas, o techninės specifikacijos 2.2 punkto reikalavimas „rėmeliai pagaminti iš nailono arba lygiavertės medžiagos“ nedraudžia tiekėjui siūlyti apsauginių akinių, kurių rėmeliai būtų pagaminti iš nailono arba lygiavertės medžiagos (jeigu tiekėjas pateikia lygiavertiškumo pagrindimą).

Komisija, įvertinusi 2 tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 2, 3, 5, 7 pirkimo dalyse įtraukti reikalavimą „galimybė pasirinkti moterišką ar vyrišką modelį“, nes toks reikalavimas galimai ribotų konkurenciją. Techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir nedraudžia tiekėjui siūlyti geresnių charakteristikų produkto.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 2, 3, 5, 7 pirkimo dalyse įtraukti privalomą reikalavimą pamušalui, jog jis būtų „Cool Wear pamušalas – garinantis drėgmę, kas aktualu ilgų procedūrų metu“, nes toks reikalavimas galimai ribotų konkurenciją. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti geresnių charakteristikų produkto nei yra nurodyta aprašyme.

Komisija norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, jog 3 pirkimo dalyje aprašomi reikalavimai prijuostei skirtingų gamintojų gali būti skirtingai įgyvendinti. Vienas iš variantų, galėtų būti „palto tipo prijuostė“, jeigu tiekėjas pagrindžia visus techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus apsaugai nuo radiacijos.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 3 pirkimo dalyje įtraukti reikalavimą „su skeltukais šonuose“, kadangi techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti produkto su daugiau nei techninėje specifikacijoje nurodyta funkcionalumą.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 3 pirkimo dalyje įtraukti reikalavimą „su diržu - svorio pasiskirstymui ir stuburo paramai“, kadangi techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti produkto su daugiau nei techninėje specifikacijoje nurodyta funkcionalumą.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 4 pirkimo dalyje „apsvarstyti apsaugos su jau prisiūta skydliaukės apsaugos apykakle variantą“, kadangi techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti produkto su daugiau nei techninėje specifikacijoje nurodyta funkcionalumą.

Komisija norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, jog 6 pirkimo dalyje nėra reikalaujama, kad apykaklė tvirtintųsi prie prijuostės, todėl tvirtinimo būdas nurodomas nebus. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti produkto su daugiau nei techninėje specifikacijoje nurodyta funkcionalumą.

Komisija norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, kad 7 pirkimo dalyje nėra reikalaujama, kad tiekėjas kartu komplektuotų apsaugines rankoves. 7.4 punkte yra reikalavimas liemenės

konstrukcijai, jog būtų numatytas tvirtinimas rankovėms. Apsauginės rankovės yra specifikuojamos 8 pirkimo dalyje.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu 9 pirkimo dalyje 9.6 punkte įtraukti papildomą reikalavimą komplektacijai „purškiklis nuo rasojimo“, kadangi techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius. Techninė specifikacija nedraudžia tiekėjui siūlyti komplektaciją su daugiau priedų negu nurodyta punkto aprašyme.

Komisija atmeta tiekėjo siūlymą 12 pirkimo dalyje įtraukti reikalavimą matmenims, kadangi techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius, o tiekėjo siūloma korekcija galimai ribotų konkurenciją.

Komisija, įvertinusi 1 ir 2 tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija sprendžia patikslinti 9 ir 10 pirkimo dalių techninės specifikacijos 9.5 ir 10.5 punktų reikalavimus:

9.5.	Konstrukcija	Akinių svoris ne daugiau kaip 96 g
10.5.	Konstrukcija	Akinių svoris ne daugiau kaip 96 g

Komisija sprendžia išbraukti 12 pirkimo dalies techninės specifikacijos 12.2 punktą.

Komisija sprendžia patikslinti 13 pirkimo dalies techninės specifikacijos 13.2 punkto reikalavimus:

13.2.	Reikalavimai konstrukcijai ir dydžiui	1. Mobili (pagrindas su ratukais); 2. Sudaryta iš dviejų dalių: skaidrios dalies (švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo) ir metalo (arba lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos). Apatinė dalis metalinė (arba iš lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos), viršutinė dalis – švinuotas stiklas arba švinuotas akrilas; 3. Širmos matmenys: 3.1. aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 115 cm (suskleidus) iki 188 cm ištraukus švinuotą stiklą arba akrilą; 3.2. skaidrios dalies plotis 70 cm ± 10 cm; 4. Pageidautinas papildomas ratukų komplektas arba garantija ratukų nusidėvėjimo, pažeidimo atveju.
-------	---------------------------------------	--

Komisija sprendžia patikslinti 14 pirkimo dalies techninės specifikacijos 14.2 punkto reikalavimus:

14.2.	Reikalavimai konstrukcijai ir dydžiui	1. Mobili (pagrindas su ratukais); 2. Sudaryta iš dviejų dalių: skaidrios dalies (švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo) ir metalo (arba lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos). Apatinė dalis metalinė (arba iš lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos), viršutinėje dalyje švinuotas stiklas arba švinuotas akrilas; 3. Švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo lango / skaidrios dalies matmenys ne mažiau kaip 50 × 50 cm (plotis × aukštis); 4. Širmos matmenys: 4.1. aukštis ne daugiau kaip 210 cm; 4.2. plotis 80 cm ± 10 cm; 5. Pageidautinas papildomas ratukų komplektas arba garantija ratukų nusidėvėjimo, pažeidimo atveju.
-------	---------------------------------------	--

Komisija sprendžia patikslinti 15 pirkimo dalies techninės specifikacijos 15.3 punkto reikalavimus:

15.3.	Apsauginis ekranas (širma)	1. Dydis (plotis × aukštis) ne mažiau negu 75 cm × 60 cm; 2. Orientuotas horizontaliai; 3. Yra suformuota kampinė paciento formos išpjova; 4. Ekranas skaidrus; 5. Pagamintas iš švinuoto akrilo ar lygiavertės medžiagos; 6. Švino ekvivalentas ne mažiau negu 0,5 mm; 7. Pozicionuojamas virš paciento.
-------	----------------------------	--

Komisija priima sprendimą pratęsti prekių pristatymo terminą **iki 12 savaičių**.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.