

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„AUTOMATINĖ MEDICININIŲ INSTRUMENTŲ PLOVIMO - DEZINFEKAVIMO MAŠINA“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-03-06 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **automatinės medicininių instrumentų plovimo - dezinfekavimo mašinos** pirkimo (Nr. 1551250).

Tiekėjas teikia pastabas techninės specifikacijos projektui:

3.	Išoriniai matmenys	Aukštis ≤ 820 mm; Plotis ≤ 600 mm; Gylis ≤ 680 mm.	Aukštis 825 mm Plotis 560 mm Gylis 577 mm
7.	Instrumentų įkrova	Maksimali instrumentų įkrova ne mažiau kaip 10 kg	Kameros talpa apie 60 l
8.	Įkrovos džiovinimas	Mašinoje integruota aktyvi džiovinimo sistema su HEPA H13 (arba lygiaverčiu) filtru	HEPA H14
15.	Maitinimo šaltinis	230V, 50 Hz elektros tinklas	230 V, 50Hz elektros tinklas

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 3 ir 7 punktų reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

3.	Išoriniai matmenys	Aukštis ≤ 825 mm ; Plotis ≤ 600 mm; Gylis ≤ 680 mm. <i>Pastaba:</i> automatinė medicininių instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašina bus įmontuojama į spintelę, kurios matmenys 60×68×85 cm.
7.	Instrumentų įkrova arba kameros	Maksimali instrumentų įkrova ne mažiau kaip 10 kg arba kameros talpa ne mažiau kaip 60 litrų

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 8 punkte nurodytas reikalavimas „Įkrovos džiovinimas: mašinoje integruota aktyvi džiovinimo sistema su HEPA H13 (arba lygiaverčiu) filtru“ pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, instrumentų plovimo mašinas.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusių tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.