

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„EKРАНUOTAS SEIFAS, SKIRTAS RADIOAKTYVIŲ PREPARATŲ IR ŠALTINIŲ
LAIKYMOI/SAUGOJIMUI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-03-06 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **ekranuoto seifo, skirto radioaktyvių preparatų ir šaltinių laikymui/saugojimui** pirkimo (Nr. 1550822).

1.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui: „Prašome pakeisti 5 p.d. Ne mažiau kaip 280×280×280 mm_Į ne mažiau kaip 210 x 250 x 230, kadangi nepaisant mažesnių išmatavimų, galima užtikrinti reikalingą apsaugos lygį ir ekranavimą, neprarandant apsaugos kokybės ir padės geriau pritaikyti seifą ribotose erdvėse, taip užtikrinant didesnę praktiškumą ir lankstumą. Nurodytų reikalavimų pakeitimas sudarytų galimybę didesniai tiekėjų skaičiui pasiūlyti konkurencingus bei lygiaverčius sprendimus.

2.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

Prašome pakeisti šiuos punktus: 8. Lentynos. Prašome pakeisti į „Be lentynų ar su išimamomis lentynomis“. Mūsų siūlomas gaminys yra su išimama lentyna. Šiuo atveju siūlomas gaminys bus patogesnis naudojimui.

9. Reikalavimai seifo paviršiams. Siūlome reikalavimą pakeisti į: “Paviršiai iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės) arba dažytos medžiagos;” Reikalavimas yra ribojantis konkurenciją, kadangi gamintojai gali gaminti iš skirtingų medžiagų.

3.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

Techninės specifikacijos pastabose nurodyta, kad viešojo pirkimo komisijai pareikalavus privaloma pristatyti prekių pavyzdžius techninių parametrų įvertinimui. Prašome atsižvelgti, kad perkama prekė yra seifas, kuris sveria apie 500 kg. Tokio dydžio prekės prašyti pristatyti, kaip pavyzdžio, būtų neadekvatu.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Techninės specifikacijos 5 punkte nustatytas reikalavimas mažiausiems seifo vidiniams matmenims pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir 1 tiekėjo siūlymas mažinti reikalavimą yra nepriimtinas. Komisija nesutinka su tiekėjo argumentu, kad mažesni vidiniai išmatavimai „padės geriau pritaikyti seifą ribotose erdvėse, taip užtikrinant didesnę praktiškumą ir lankstumą“, nes šiuos dalykus apibrėžia seifo išoriniai matmenys, kurie specifikuojami 3 punkte.

Komisija iš dalies sutinka su 2 tiekėjo pasiūlyta 9 punkto korekcija ir sprendžia praplėsti reikalavimą seifo paviršiams pagal viešai prieinamą informaciją, koks galėtų būti siūlomas kitas, Perkančiajai organizacijai priimtinas, ekranuojančio seifo paviršių užbaigimas.

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 8 ir 9 punktų reikalavimus:

8.	Lentynos	Be lentynų arba su išimamomis lentynomis
9.	Reikalavimai seifo paviršiams	1. Paviršiai iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekavimui.

Komisija norėtų atkreipti 3 tiekėjo dėmesį, kad techninės specifikacijos pastabose, papildomuose reikalavimuose nurodytas reikalavimas pirkimo komisijai pareikalavus pateikti siūlomų prekių pavyzdžius yra tipinis reikalavimas, įprastai taikomas LSMU ligoninės Kauno klinikų vykdomuose medicininės / laboratorinės įrangos / baldų viešuosiuose pirkimuose. Pastebima, kad pateikti prekių pavyzdžius viešojo pirkimo Komisija prašo tik išimtiniais atvejais, kai kyla abejonių dėl siūlomų prekių kokybės arba dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, sprendžiama nurodyto reikalavimo nenaikinti.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.