

**Ekranuoto seifo, skirto radioaktyvių preparatų ir šaltinių laikymui/saugojimui
techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Paskirtis	Seifas yra skirtas radiofarmakologiniams / radioaktyviems preparatams ir šaltiniams laikyti bei saugoti	
2.	Užraktas	Seifas yra rakinamas (užraktas integruotas į seifo konstrukciją)	
3.	Išoriniai matmenys (plotis × gylis × aukštis)	Ne daugiau kaip 600×550×650 mm	
4.	Seifas statomas ant grindų	Komplektuojamas su specialiu stovu (platforma) arba reguliuojamo aukščio kojelėmis	
5.	Vidiniai matmenys (plotis × gylis × aukštis)	Ne mažiau kaip 280×280×280 mm	
6.	Svoris	Ne daugiau nei 530 kg	
7.	Seifo durys	Ne daugiau kaip 1 išorinės durys	
8.	Lentynos	Be lentynų arba su išimamomis lentynomis	
9.	Reikalavimai seifo paviršiams	1. Paviršiai iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekavimui.	
10.	Švino ekvivalentas	Ne mažiau kaip 40 mm švino ekranavimas iš visų pusių	
11.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	
12.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
13.	Garantinis laikotarpis	≥ 12 mėnesių	

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametru atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).