

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„MEDICININĖ ĮRANGA“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-02-28 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **medicininės įrangos** pirkimo (Nr. 1454915).

I Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

Norime pasitikslinti dėl 9 pirkimo dalies, gal vertėtų įtraukti papildomą punktą techninėje specifikacijoje: „*papildomi 3 stalčiai endoskopams*“ taip Perkančiosios organizacijos darbuotojoms nereikės kiekvienu kartu kaitalioti skirtingų adaptarių, o jau bus pasiruošę 3 krepšelius skirtus ir 3 krepšelius prietaisams. Tokiu atveju nėra jokios galimybės, kad bus neteisingai prijungtas prietaisas ir nereikės papildomo laiko nuimti ir uždėti adapterius.

Prašome patikslinti pristatymo terminą ne ilgiau nei 14 savaičių nuo užsakymo pateikimo dienos. Taip atsitikus force major nenukentėtų nei įstaiga nei tiekėjas ir jei mašina būtų pagaminta anksčiau, ji būtų pristatyta anksčiau.

II Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

Pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas suderinamumo reikalavimas apriboja bet kokią galimybę siūlyti kitų gamintojų įrangą. Toks konkurencijos ribojimas lemia, kad perkančioji organizacija kasmet įrangą įsigyja nepagrįstai brangiai.

Suprantame, kad įsigijus kito gamintojo endoskopus jie nebus suderinami su esamomis sistemomis. Todėl, siekiant užtikrinti funkcionalumą, siūlome techninę specifikaciją papildyti reikalavimu įsigyti tiek naujų endoskopų, tiek juos palaikančių sistemų, kad būtų užtikrintas sklandus jų veikimas ir konkurencija.

Pvz., **2-ojoje pirkimo dalyje** numatyta įsigyti **12 vnt. gastrokopų**. Prie reikalavimo:

"Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninėje ir Endoskopijų skyriuje turima sistema: EXERA III CV-190 ir X1 CV-1500."

pridėjus papildomą sąlygą:

"arba papildomai siūlyti 2 vnt. vaizdo endoskopinių sistemų" (kartu su visa reikalinga komplektacija: monitoriumi, vežimėliu, procesoriumi, siurbimo ir irigacinėmis pompomis ir kt.), būtų užtikrinta konkurencija ir sudarytos sąlygos Kauno klinikoms įsigyti pažangiausią, naujausios kartos įrangą ir endoskopus.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija pažymi, kad 9 pirkimo dalies endoskopų plovimo mašinos techninė specifikacija pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlymas į techninę specifikaciją įtraukti papildomą reikalavimą „*papildomi 3 stalčiai endoskopams*“ yra nepriimtinas perkančiajai organizacijai, nes tai galimai ribotų konkurenciją, kadangi skirtingi gamintojai siūlo skirtingų komplektacijų endoskopų plovimo mašinas.

Komisija sprendžia pratęsti prekių pristatymo terminą iki 14 savaičių.

Komisija pažymi, kad perkančioji organizacija vykdydama „Medicininės įrangos“ pirkimą siekia atnaujinti LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninėje ir Endoskopijų skyriuje turimus endoskopus prie turimų vaizdo endoskopinių sistemų. Tiekėjo siūlymas 2-je pirkimo dalyje įtraukti sąlygą „*papildomai siūlyti 2 vnt. vaizdo endoskopinių sistemų (kartu su visa*

reikalinga komplektacija <...>“ neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių ir yra nelygiavertis planuojamo atnaujinimo mastu, kadangi būtų atnaujintos tik dvi darbo vietos ir nebūtų užtikrinamas skirtingų padalinių sklandus gydytojų darbas.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.