

Eil. Nr.	Siūlymas*	Reikalavimas	Atsakymas
DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ:			
1.	Rekomenduojame Perkančiajai Organizacijai prailginti laikotarpį, kadangi į terminą įtraukta ne tik pristatymas bet ir apmokymai. Gamintojai dažniausiai įrangą pagamina ją per 3 mėn. taip pat dar reikia laiko įrangą instaliuoti ir apmokyti personalą	13. Prekės pristatymo terminai: Tiekėjas Prekę (visą kiekį) įsipareigoja pristatyti ir su įranga teiktinas paslaugas (išskyrus perkančiosios organizacijos personalo apmokymą, ir konsultacijas) atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos	Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateiktos atnaujintos pirkimo sąlygos.
2.	Atkreipiame dėmesį, kad 900 eurų bauda yra labai didelė, siūlome Perkančiajai Organizacijai baudą sumažinti iki 200 eurų arba aiškiai pagrįsti kuo remiantis buvo pasirinkta tokia pinigų suma.	58. Jei dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės sumokėti 900,00 (devynių šimtų) EUR dydžio baudą ir padengti perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp pirkimo sutartį atsisakiusio pasirašyti dalyvio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį dalyvio, pasiūlymo kainos EUR be PVM.	Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Primename, kad Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas – tai priemonės, kurių imasi perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti pirkimo dalyvių pasiūlymo galiojimą ir kompensuoti galimus perkančiosios organizacijos nuostolius, jei laimėjęs pirkimą tiekėjas nepagrįstai atsisakytų sudaryti pirkimo sutartį. Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja reikalaujant pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, jo dydį nustatyti apie 1–5 % nuo planuojamos pirkimo vertės. Tuo remiantis ir buvo nustatytas konkretus baudos dydis. Atkreipiame dėmesį, kad bauda tiekėjui bus taikoma tik tuo atveju, jei jis atsisakys sudaryti sutartį. Jei tiekėjas nesiekia sudaryti sutarties su perkančiąja organizacija, jis dalyvauti pirkime neturėtų.
DĖL SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ:			
3.	Rekomenduojame Perkančiajai Organizacijai prailginti laikotarpį, kadangi į terminą įtraukta ne tik pristatymas bet ir apmokymai. Gamintojai dažniausiai įrangą pagamina per 3 mėn. taip pat dar reikia laiko įrangą instaliuoti ir apmokyti personalą, todėl prašome su Įranga teiktinas	4.1. Tiekėjas Prekę (visą kiekį) įsipareigoja pristatyti ir su Įranga teiktinas paslaugas (išskyrus Pirkėjo personalo apmokymą, ir konsultacijas) atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. <...>	Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateiktos atnaujintos sutarties specialiosios sąlygos.

	<p>paslaugas prailginti iki 4 mėn. Rekomenduojame įsitraukti: Prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, esant nenumatytoms aplinkybėms, t. y. objektyvioms, nuo Pardavėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protingas Pardavėjas negalėjo numatyti pirkimo procedūrų vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu ir kurios trunka ir/ar gali trukti ne ilgiau nei 1 mėnesį. Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikinas nenumatytas aplinkybes. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.</p>		
4.	<p>Atkreipiame perkančiosios Organizacijos dėmesį, kad plovimo mašinos per dvi dienas nebūtų įmanoma pakeisti, todėl terminas turėtų būti sutartinis tarp tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos</p>	<p>4.1. <...> Tiekėjui pristačius nekokybišką Prekę ir (ar) pristatymo metu nustatčius Prekės defektus, Tiekėjas savo sąskaita turi pašalinti Prekės defektus arba ją turi pakeisti kokybiška per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo pateikimo dienos.</p>	<p>Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateiktos atnaujintos sutarties specialiosios sąlygos.</p>
5.	<p>Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad kartais serviso inžinieriai būna išvykę, į kitą Lietuvos pusę ir ne visada gali fiziškai per 48 valandas atvykti į vietą</p>	<p>6.2.3. Prekės garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą telefonu apie Prekės defektus ir (ar) gedimus, turi atvykti į Pirkėjo patalpas ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias – keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie Prekės trūkumus Tiekėjui pateikimo momento</p>	<p>Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Nustatytas terminas yra realus, maksimalus ir priimtinas perkančiajai organizacijai.</p>
6.	<p>Atkreipiame Perkančiosios Organizacijos dėmesį, kad perkama yra plovimo dezinfekavimo mašina ir tokiu atveju, kiekvieną kartą sugedus plovimo mašinai, kai remontas dėl detalių laukimo ar kitų priežasčių užtruktų ilgiau nei 48 val. fiziškai nėra įmanoma pristatyti kitos</p>	<p>6.2.5. Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo šalinimas užtrunka ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie gedimą pateikimo, Tiekėjas privalo pristatyti Pirkėjui ir perduoti defekto ir (ar) gedimo šalinimo laikotarpiui naudoti pakaitinį prietaisą, kuris turi būti ne</p>	<p>Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateiktos atnaujintos sutarties specialiosios sąlygos.</p>

	plovimo dezinfekavimo mašinos, nes įrangos tiekėjai nesandėliuoja. Taip pat atkreipiame Perkančiosios Organizacijos dėmesį, kad Lietuvos Viešosiose gydymo įstaigose nėra praktikuojama tokia praktika su tokia įranga nėra taikoma	prastesnių parametrų nei sugedusi Prekė, ji sumontuoti ir paruošti darbui.	
7.	<p>Atkreipiame Perkančiosios Organizacijos dėmesį, kad 9.2.1 ir 9.2.2 punktai kartojasi, tik skiriasi baudų sumos. Rekomenduojame Perkančiajai Organizacijai išsirinkti vieną punktą kurį taikytų tiekėjui. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 900 eurų bauda yra labai didelė, siūlome Perkančiajai Organizacijai baudą sumažinti iki 200 eurų arba aiškiai pagrįsti kuo remiantis buvo pasirinkta tokia pinigų suma.</p> <p>9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) <i>darbo</i> dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.</p>	<p>9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekę ar ištaisyti jos trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ne ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas darbo dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,03 (trys šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną nuo Pradinės sutarties vertės be PVM.</p> <p>9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekę ar ištaisyti jos trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, Pirkėjas pradeda Tiekėjui skaičiuoti 900,00 Eur (devynių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną sekančią uždelstą darbo dieną.</p> <p>9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.</p>	<p>Atsakome, kad siūlymas tenkinamas iš dalies. Skelbiant pirkimą bus pateiktos atnaujintos sutarties specialiosios sąlygos.</p> <p>Paaškiname, kad 9.2.1 ir 9.2.2 punktai nėra vienodi, nes:</p> <p>1) 9.2.1 punkte teigiama, kad delspinigiai skaičiuojami, jei Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekę ar ištaisyti jos trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ne ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas;</p> <p>2) 9.2.2 punkte teigiama, kad Tiekėjui pradedama skaičiuoti bauda už kiekvieną sekančią uždelstą dieną, jei Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekę ar ištaisyti jos trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas.</p> <p>9.2.3 lieka nekoreguojamas, nes 10 (dešimties) dienų terminas sumokėti netesybas yra realus ir maksimalus.</p>
DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:			
8.	Rekomenduojame praplėsti parametą padidinant įrenginio aukštį iki 2000 mm (jei mašina pakraunama iš priekio), kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų, galinčių pasiūlyti kokybišką produktą, kiekiui	<p>3. Išoriniai įrenginio matmenys:</p> <p>3.1. Aukštis ne daugiau kaip 1600 mm;</p> <p><...></p>	Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą.
9.	Reikia aiškia parašyti, kad 7 kanalo.	<p>4. Automatinė nuotėkio kontrolė:</p> <p>4.1 Būtina</p>	Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Perkančioji organizacija reikalauja automatinės nuotėkio kontrolės ir neriboja ar bus sekamas

			nuotėkis bendrai ar kiekviename kanale individualiai.
10.	Normali plovimo trukmė 20 minučių, jei norima iki 60 minučių tai su džiovinimu, kadangi endoskopai naudojami tik sausi, to reikalauja 14 punktas.	7. Plovimo – dezinfekavimo trukmė: 7.1. ≤ 60 min.	Atsakome, kad siūlymas netenkinamas, nes siūlomas dalyvio reikalavimas yra ribojantis konkurenciją.
11.	Labai didelis kiekis, užtenka 100 ± 10 proc., nebent perkančioji organizacija turi labai daug pinigų plovimo ir dezinfekavimo skysčiams.	9. Termocheminei dezinfekcijai naudojami dezinfekantai: <...> 9.2. Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau kaip $220 \text{ ml} \pm 10$ proc.	Atsakome, kad siūlymas netenkinamas, nes siūlomas dalyvio reikalavimas yra ribojantis konkurenciją.
12.	Reikalinga 3 siurbliai, nes vienas plovikliui, ir du siurbliai dezinfekantams.	10. Chemikalų siurbliai: 10.1. Ne mažiau nei 2.	Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad turi būti ne mažiau du chemikalų siurbliai, todėl atsižvelgus į siūlomą įrenginį atitinkamai gali būti trys ir daugiau chemikalų siurblių.
13.	Endoskopų plovimo mašina ir džiovinimo įrenginys atlieka skirtingas funkcijas. Plovimo mašina yra skirta dezinfekcijai ir valymui, o džiovinimo įrenginys – tinkamam instrumentų išdžiovinimui. Šių dviejų įrenginių specifikacijos skiriasi, todėl juos derėtų vertinti atskirai. Siekiant užtikrinti, kad techninė specifikacija būtų aiški ir tiksliai apibrėžtų kiekvieno įrenginio reikalavimus, būtina vengti skirtingų įrenginių funkcijų maišymo. Tai padeda išvengti neaiškumų ir galimų klaidų viešojo pirkimo procesuose. Įtraukiant džiovinimo temperatūros ir galingumo reikalavimus į plovimo mašinos specifikaciją, gali būti apribotas potencialių tiekėjų ratas. Ne visi plovimo mašinų gamintojai gali pasiūlyti tinkamus džiovinimo sprendimus, o tai gali sumažinti konkurenciją ir turėti įtakos kainoms. Siūlome džiovinio įrenginį (endoskopų džiovinimo spintą) pirkti atskirai.	14. Džiovinimo įrenginys: 14.1. Džiovinimo temperatūra ≤ 60 °C; <...>	Atsakome, kad siūlymas netenkinamas, nes perkančioji organizacija yra įsigijusi endoskopų saugojimo – džiovinimo spintą, todėl nėra poreikio atskirai įsigyti džiovinimo įrenginio.

14.	Tikslingiau rašyti Terminės dezinfekcijos temperatūra $\leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$	14. Džiovinimo įrenginys: 14.1. Džiovinimo temperatūra $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$; <...>	Atsakome, kad siūlymas netenkinamas, nes perkančiosios organizacijos turimi Olympus endoskopai gali būti apruošiami ne didesnėje nei $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
15.	Prašome pakoreguoti ir praplėsti reikalavimą Nr. 18 „Tiesioginis pajungimas prie oro ventiliacijos sistemos” 18.1. Jungtis pajungimui prie ventiliacijos sistemos, nedidesnė nei DN50”. Mūsų teikiamoje gamintojo endoskopų plovimo mašinoje yra įdiegta kita technologija – mašina turi integruotą garų kondensatorių, todėl šios mašinos jungti prie ventiliacijos sistemos nereikia ir tokio pajungimo galimybės ši mašina neturi.	18. Tiesioginis pajungimas prie oro ventiliacijos sistemos: 18.1. Jungtis pajungimui prie ventiliacijos sistemos, ne mažesnė nei DN50.	Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą.
DĖL VERTINIMO KRITERIJŲ:			
16.	Reikalavimas nėra tikslingas. Endoskopai ir kiti medicininiai instrumentai turi skirtingus valymo ir dezinfekcijos reikalavimus. Endoskopai yra jautresni temperatūros poveikiui, todėl jie dažnai valomi ir dezinfekuojami žemesnėje temperatūroje, kad būtų išvengta pažeidimų. Reikalavimas pasiekti $93\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrą būtų nesuderinamas su endoskopų apsaugos reikalavimais. Dėl savo sudėtingos konstrukcijos (ilgos, siaurų kanalų sistemos) endoskopai reikalauja specializuotų plovimo ir dezinfekavimo metodų, kurie gali būti skirtingi nuo tradicinių instrumentų plovimo. Aukšta temperatūra, naudojama instrumentų dezinfekcijai, gali pakenkti endoskopų medžiagoms ir funkcionavimui. Medicinos prietaisų plovimo ir dezinfekcijos procesai reglamentuojami specifiniais standartais. Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos standartai paprastai nustato žemesnės temperatūros	2. Galimybė atlikti terminės dezinfekcijos ciklą instrumentams plauti, kur dezinfekcija atliekama $\geq 93\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūroje <i>Pastaba: Galimybė endoskopų plovimo mašiną naudoti kaip instrumentų plovimo mašiną.</i>	Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta vertinimo tvarka. Paaškiname, kad Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina ir instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašina turi atitikti tą patį reglamentą (217/745 dėl medicinos prietaisų). Perkančioji organizacija siekia įsigyti kuo įmanoma universalesnę medicinos įrangą. Šiuo atveju siekiama įsigyti įrangą, kuria būtų galima plauti – dezinfekuoti endoskopus, esant poreikiui, ir kitus medicinos instrumentus.

reikalavimus nei 93 °C, todėl šis reikalavimas gali neatitikti galiojančių standartų ir rekomendacijų		
---	--	--

** Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas*