

## **Atsakymas į tiekėjų pastabas, pasiūlymus techninei specifikacijai**

### **DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl 2025-03-14 tiekėjo atsakymo rinkos konsultacijai;
2. Dėl 2025-03-17 tiekėjo Nr. 1 atsakymo rinkos konsultacijai;
3. Dėl 2025-03-17 tiekėjo Nr. 2 atsakymo rinkos konsultacijai;

### **SVARSTYTA: 1. Dėl 2025-03-14 tiekėjo atsakymo rinkos konsultacijai**

2025-03-14 gautas tiekėjo atsakymas dėl 2025-03-07 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtos tvarsliaivos pirkimo rinkos konsultacijos (numeris 1544571). Tiekėjas rinkos konsultacijoje nurodo:

*„28 p. d. prašome patikslinti sekančiai: Išmatavimai 20cm (±5cm) x 20cm (±0,5cm)“.*

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą ir atsako, kad parafininiai tvarsčiai reikalingi chirurgams, traumatologams esant didelėms žaizdoms ar nudegimams, todėl techninės specifikacijos reikalavimas nebus keičiamas.

### **NUTARTA:**

1. Techninės specifikacijos reikalavimų nekeisti;
2. Informuoti tiekėjus apie Komisijos priimtą sprendimą.

### **SVARSTYTA: 2. Dėl 2025-03-17 tiekėjo Nr. 1 atsakymo rinkos konsultacijai**

2025-03-17 gautas tiekėjo Nr. 1 atsakymas dėl 2025-03-07 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtos tvarsliaivos pirkimo rinkos konsultacijos (numeris 1544571). Tiekėjas rinkos konsultacijoje nurodo:

*„2 dalyje: Pleistrai skaidrūs/permatomi, prašome naikinti reikalavimą „atsparus vandeniui“. Jei pleistrai yra polietileno pagrindu – jie ir taip yra atsparūs vandeniui, todėl šis reikalavimas perteklinis“.*

Komisija apsvarstė tiekėjo paklausimą ir priėmė sprendimą patikslinti techninės specifikacijos 2.1.3.p., 2.2.3 p. taip:

*„Lengvai plyšta nenaudojant žirklių“.*

### **NUTARTA:**

1. Patikslinti techninės specifikacijos 2.1.3.p., 2.2.3 p. reikalavimus;
2. Informuoti tiekėjus apie Komisijos priimtą sprendimą.

### **SVARSTYTA: 3. Dėl 2025-03-17 tiekėjo Nr. 2 atsakymo rinkos konsultacijai**

2025-03-17 gautas tiekėjo Nr. 2 atsakymas dėl 2025-03-07 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtos tvarsliaivos pirkimo rinkos konsultacijos (numeris 1544571). Tiekėjas rinkos konsultacijoje nurodo:

*„Pastaba dėl 18 pirkimo dalies Bintai sterilūs: reikalavimas 18.1.4 siūlo storis ne mažiau 40's turėtų būti išreikštas tarptautiniais vienetais, pvz., 40 g/m2“.*

Komisija apsvarstė tiekėjo paklausimą ir atsako, kad parametras g/m2 marlinėje tvarsliaivoje retai naudojamas ir apibūdina ne siūlo storį, o svorį kvadratiniam metre, todėl techninės specifikacijos reikalavimas nebus keičiamas.

**NUTARTA:**

1. Techninės specifikacijos reikalavimų nekeisti;
2. Informuoti tiekėjus apie Komisijos priimtą sprendimą.