

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„MEDICININIAI BALDAI, CHIRURGINIAI RINKINIAI, VAGINALINIAI DAUGKARTINIAI
SKĖTIKLIAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-02-28 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *medicininių baldų, chirurginių rinkinių, vaginalinių daugkartinių skėtiklių* pirkimo (Nr.1455176).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

2 pirkimo dalis.

2.9. Adatkotis (kiekis 2 vnt.) 1. „Mayo“ tipo arba lygiavertis. *Siūlome pakeisti į: „Mayo“ /“Mayo-Hegar“ tipo arba lygiavertis. Padidinsime konkurenciją, galės dalyvauti daugiau tiekėjų.*

2.10. Adatos ir siūlų rinkinys (kiekis 12 rink.). *Siūlome šį punktą iškelti iš 2 pirkimo dalies į atskirą pirkimo dalį. Šis suskaidymas leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui, nes siūlų tiekėjai gali būti skirtingi nei instrumentų tiekėjai.*

Siūlome pristatymo laiką padidinti iki 10 savaičių.

1. Dažniausiai gamintojai prekių sandėliuose neturi, arba turi per mažus kiekius, todėl jų pagaminimas užtrunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, priklausomai nuo sudėtingumo, kiekio, bei gamintojo apkrovos.

Taip pat atliekama kokybės kontrolė. Prekės testuojamos laboratorijoje, kad pilnai atitiktų kokybės, garantijos standartus. Tai irgi prailgina pristatymo laiką.

Siūlome pateikti visoms pirkimo dalims planuojamus skirti biudžetus.

2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

Dalyvautumėme 3 pirkimo dalyje, Ir jei Perkančioji organizacija išskirstytų į atskiras pirkimo dalis 2 pirkimo dalį, taip pat dalyvautumėme. Jei nebus išskirstyta 2 pirkimo dalis, tai pastabų neturime. Taip pat 1 pirkimo dalyje labai konkrečiai lovos aprašytos konkretaus gamintojo, todėl negalime pretenduoti į pirkimą, nes senesniame rinkos projekte, kai buvo perkamos taip pat lovos, techninių specifikacijos parametrų nekeitė Perkančioji organizacija.

3. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

6 pirkimo dalis

8.	Kojų dalies pasvirimo kampas	1. Reguluojamas dujinės spyruoklės pagalba, elektriniu variklius arba mechaniniu būdu; 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +7° iki +70°.	Mūsų nuomonė jūsų 2p. redakcija turi būti <i>Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +7° iki -70°.</i> Prašome koreguoti į <i>Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +5° iki -90°.</i> <i>Kai kojų dalis nusileidžia tik iki -70°, vyresniam pacientui ar turinčiam problemų ant kėdės yra nepatogu atsistėti ir sėdėti.</i>
----	------------------------------	---	---

			<i>Kadangi kraujo paėmimo procedūra dažniausia yra trumpalaikė kojų pakėlimas iki +5° ir galvos/nugaros dalies nuleidimas normalizuos kraujotaką.</i>
--	--	--	---

3. **Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:** „norėjau pasiteirauti ar pirkimas numatomas visai pirkimo daliai? Tai reiškia, kad turi įmonė galėti pasiūlyti visus prietaisus/instrumenus kurie įvardinti techninėje specifikacijoje?“

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija pažymi, kad 2 pirkimo dalies techninėje specifikacijoje aprašytas chirurginis rinkinys bus perkamas pagal Lietuvos medicinos normą *MN 14:2005* kaip komplektas ir neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.

Komisija sprendžia patikslinti 2 pirkimo dalies techninės specifikacijos 2.9 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

2.9.	Adatkotis (kiekis 2 vnt.)	1. „Mayo“ arba „Mayo-Hegar“ tipo, arba lygiavertis; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;
------	------------------------------	---

Komisija pažymi, kad perkančioji organizacija neprivalo nurodyti atskirų pirkimo dalių biudžeto tam, kad tiekėjai, dalyvaudami pirkime ir teikdami kainų pasiūlymus, nurodytų konkurencingas, rinkoje vyraujančias prekių kainas.

Komisija sprendžia patikslinti 6 pirkimo dalies techninės specifikacijos 8.2 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

8.	Kojų dalies pasvirimo kampas	1. Reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, elektriniu variklius arba mechaniniu būdu; 2. Regulavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +5° iki -70°.
----	------------------------------	---

Komisija taip pat sprendžia patikslinti 1 pirkimo dalies techninės specifikacijos 8, 11.1, 11.2.4 punktų reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

8.	Sekcijų automatinio regreso funkcija	Suminis poslinkis į kojūgalio ir/arba galvūgalio pusę ne mažiau kaip 8 cm.
11.1	Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.)	1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus.
11.2	Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.)	1. Skirtas medicinos personalui; 2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio; 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 2 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; 5. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); 6. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų

		funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar automatinis užsirakinimas, nesinaudojant juo ilgiau nei 3 min., ar pan.).
--	--	--

Komisija sprendžia panaikinti 1 pirkimo dalies techninės specifikacijos 9.2 punkto reikalavimą „Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu: palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn“.

Komisija pažymi, kad planuojamas „**Medicinių baldų, chirurginių rinkinių, vaginalinių daugkartinių skėtiklių**“ pirkimas yra skaidomas į 6 atskiras pirkimo dalis ir tiekėjai gali pasirinkti kokias pirkimo dalis teikti pasiūlymą.

Komisija sprendžia pratęsti prekių pristatymo terminą iki 10 savaičių.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.