

**Priemonės intervencinei širdies elektrofiziologijai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Orientacinis kiekis
1.	Priemonių rinkinys plautinių venų krioabliacijai	Rinkinį sudaro priemonės, suderinamos su CryoCath krioabliacijos aparatu CryoConsole: <ol style="list-style-type: none"> 1. Krioabliacijos kateteris-balionas, išpūsto baliono diametras 28 ± 2 mm – 1 vnt. 2. Valdomas kintamo linkio transeptalinis pravedėjas, kurio vidinis diametras 12F, išorinis diametras iki 15F – 1 vnt. 3. Skysto azoto padavimo vamzdelis – 1 vnt. 4. Elektrinių signalų perdavimo iš krioabliacijos kateterio į valdymo konsolę kabelis – 1 vnt. 	250 rink.
2.	„Y“ formos trišakiai adapteriai skirti skysčiui ir stygai - pravedėjui	Trišakis adapteris, atsparus aukštam slėgiui, dvi jungtys skirtos infuziniam skysčiui pratekėti (Įėjimas, atsišakojantis kampu, kaip "Y" raidės šoninė atšaka, išėjimas) abi su užrakinamos sriegiu; viena – stygai pravedėjui, kryptis tiesi, ne mažesnio kaip 0,38 mm diametro, su užsukamu hemostatiniu vožtuvu. Distalinė jungtis (išorinė, apgaubianti jungtį) – judri, laisvai besisukiojanti.	250 vnt.

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita spausdinta informacija.
2. Būtinai žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta CE sertifikato kopija).
3. Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.
4. 1 pozicijoje priemonės perkamos perkančiosios organizacijos nuosavybės teise įsigyti įrangai.