

Plokštelės ir monopoliarinio kabelio techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.)	<p>1. Daugkartinio naudojimo; 2. Sterilizuojama, be latekso; 3. Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga; 4. Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm) ± 5 mm; 5. Su dviguba jungtimi; 6. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „BOWA-electronic“ elektrochirurginiais prietaisais „Bowa ARC 350“. 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių; 8. Žymėjimas CE ženklu (<i>Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.</i>) <i>(gamintojo „BOWA-electronic“ plokštelės kodas REF 242-003 arba lygiavertis)</i></p>	
2.	Monopoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 50 vnt.)	<p>1. Monopoliarinis kabelis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „BOWA-electronic“ elektrochirurginiu prietaisu „Bowa ARC 350“; 2. Tinkamas 2,4 mm ± 0,1 mm diametro elektrodo pajungimui; 3. Su ≥ 2 mygtukais; 4. Su trijų kontaktų kištuku; 5. Su išorine izoliacija; 6. Laido ilgis: ≥ 4,5 m.; 7. Sterilizuojamas; 8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių; 9. Žymėjimas CE ženklu (<i>Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.</i>) <i>(gamintojo „BOWA-electronic“ monopoliarinio kabelio kodas 220-045 arba lygiavertis).</i></p>	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.
2. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.