

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	Rinkos dalyvių konsultacija dėl planuojamo pirkimo „Endoskopinė vaizdo sistema“
RDK paskelbimo data ir numeris	2024-11-22 Nr. 748130
RDK vykdymo laikotarpis	2024-12-11
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	2
TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ	
Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui	

Techninės specifikacijos punktas	Techninės specifikacijos reikalavimas	Tiekėjo siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
1	2	3	4
1.1.5 Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti	1. ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, 2. ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus 3. ne mažiau kaip 10 jutiklinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus.	Būtent taip suformuluoti reikalavimai Nr. 1.1.5.2 ir 1.1.5.3 ir pritaikyti vienam gamintojui, be to, gali būti interpretuojami skirtingai, o tai gali sukelti nesklandumų pirkimo procedūrose. Be to, reikalavimai dėl pritaikomųjų jungiklių nustatymų, ypač dėl dviejų skirtingų kiekių (3 ir 10 funkcijų) yra pertekliniai ir ribojantys konkurenciją. Taip pat, endoskopijos procedūrų metu dažniausiai naudojamų funkcijų skaičius paprastai neviršija 3–5 funkcijų. Reikalavimas dėl 10 pritaikomųjų funkcijų yra techniškai nepagrįstas ir neefektyvus, nes praktiškai tokio kiekio funkcijų nereikia kasdienėms procedūroms. Siūlome PO apsvarstyti šio punkto būtinumą ir prašome patikslinti reikalavimą naikinant 1.1.5.3 punktą bei šalinti teiginį „su galimybe užprogramuoti“ – jis taip pat gali būti suprantamas skirtingai.	Sutinkame su tiekėjo pastaba ir naikiname 1.1.5.3 punktą.
1.1.9 Prietaiso valdymo kalba	Lietuvių	Lietuvos medicinos specialistai yra įpratę naudotis įranga su anglų kalbos meniu, nes dauguma medicinos technologijų mokymų, straipsnių ir mokslinės literatūros yra anglų kalba. Medicinos mokymuose ir kasdienėje praktikoje anglų kalbos	Nesutinkame su tiekėjo pastaba. Kritiniais atvejais gimtoji kalba, t. y. lietuvių gali turėti lemiamą

		naudojimas yra norma, todėl reikalavimas dėl lietuvių kalbos meniu neprideda reikšmingos naudos. Mūsų endoskopinė sistema turi intuityvų ir lengvai suprantamą valdymo meniu, kuriame naudojami standartizuoti simboliai ir piktogramos. Tai sumažina poreikį suprasti išsamius tekstinius aprašymus. Dauguma funkcijų gali būti lengvai pasiekiamos net ir naudojant meniu anglų kalba, todėl lietuvių kalbos reikalavimas nesuteikia reikšmingo palengvinimo. Toks reikalavimas riboja konkurenciją ir yra pritaikytas vienam gamintojui. Prašome šalinti šį reikalavimą siekiant nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo ir sukurti konkurenciją tarp potencialių tiekėjų. Jei šis reikalavimas turi pridėtinės vertės Perkančiajai organizacijai, už jį galėtų būti skiriami papildomi balai (pasirinkus pasiūlymus vertinti pagal kainos ir kokybės kriterijų).	sprendimą pasirenkant ar nustatant įrangos parametrus.
1.8.3 Vartotojo lygiai	Turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) arba analogiškas ir aukštesnio naudotojo lygio (advance) arba analogiškas. Aukštesnio naudotojo lygis,- kai vartotojas pats nori tiksliai sureguliuoti savo elektrochirurginio generatoriaus nustatymus ir maksimaliai valdyti. Pagrindinio naudotojo lygis,- kai teikiama pirmenybė paprastam naudojimui ir galimybei greitai pritaikyti procedūrai reikalingus nustatymus.	Toks reikalavimas riboja konkurenciją ir yra pritaikytas vienam gamintojui. Prašome šalinti tokį reikalavimą siekiant nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo ir sukurti konkurenciją tarp potencialių tiekėjų. Jei šis reikalavimas turi pridėtinės vertės Perkančiajai organizacijai, už jį galėtų būti skiriami papildomi balai (pasirinkus pasiūlymus vertinti pagal kainos ir kokybės kriterijų).	Perkančioji organizacija priėmė sprendimą naikinti 1.8 punktą.
1.8.10 Prietaiso valdymo kalba	Lietuvių	Toks reikalavimas riboja konkurenciją ir yra pritaikytas vienam gamintojui. Prašome šalinti tokį reikalavimą siekiant nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo ir sukurti konkurenciją tarp potencialių tiekėjų.	Perkančioji organizacija priėmė sprendimą naikinti 1.8 punktą.

1.1.1 Vaizdo sistema skirta:	naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui bei funkcijos:	Siūlome papildyti techninės specifikacijos reikalavimus šiuo parametru. 1. Gastroskopija; 2. Kolonoskopija; 3. Balioninė enteroskopija; Ultragarsinė endoskopija. Tokias technines galimybes turi tik pažangiausi ir patikimiausi endoskopinės įrangos gamintojai. Toks reikalavimas užtikrintų įrangos ilgaamžiškumą ir kokybę.	Perkančiajai organizacijai siūlomi techninės specifikacijos reikalavimai ir parametrai yra neaktualūs ir neatitinka jos poreikio.
1.1.5. Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti	1. ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, 2. ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus 3. ne mažiau kaip 10 jutiklinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus.	2. prašome supaprastinti reikalavimą ir sumažinti pritaikomųjų mygtukų skaičių – į du. Toks pakeitimas klinikinės ar funkcinės įtakos neturės. „ne mažiau kaip 3 2 jutiklinio arba informacinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus“ 3. Funkcijų valdymas atliekamas naudojant informacinį skydelį – jame taip pat rodoma visa sistemos informacija bei nustatymai. Toks sprendimas iš esmės yra lygiavertis. Keisti į: „ne mažiau kaip 10 jutiklinio arba informacinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus“	Sutinkame koreguoti 1.1.5.2 punktą į „ne mažiau kaip 2 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus“ Techninės specifikacijos 1.1.5.3 punktas naikinamas.
1.1.9 Prietaiso valdymo kalba	Lietuvių	Prašome praplėsti reikalavimą. Užtikriname, kad įdiegiant sistemą personalas bus apmokomas lietuvių kalbą kol neliks jokių sistemos valdymo neaiškumų, serviso skyrius teikia nuolatinės konsultacijas. Pakeitimas klinikinės reikšmės neturi, o suteikia galimybę teikti pasiūlymą Jūsų planuojamame pirkime. „Lietuvių arba anglų“	Nesutinkame su tiekėjo pastaba. Kritiniais atvejais gimtoji kalba, t. y. lietuvių gali turėti lemiamą sprendimą pasirenkant ar nustatant įrangos parametrus.
1.1.11 Jutiklinis skydelis	Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būseną	Prašome praplėsti reikalavimą, nes kaip ir minima punkte 1.1.5. siūlomos įrangos funkcijų valdymas atliekamas naudojant informacinį skydelį – jame taip pat rodoma visa sistemos informacija bei nustatymai. Toks sprendimas iš esmės yra lygiavertis. „Jutiklinis arba informacinis skydelis“	Sutinkame praplėsti reikalavimą į „Jutiklinis arba informacinis skydelis“
1.4.10 Vaizdo sensorius	CMOS tipo	Siūlome papildyti techninės specifikacijos reikalavimus šiuo parametru.	Nesutinkame įtraukti papildomo 1.4.10 punkto, kadangi siūlomas

		Visi gamintojai savo naujausiuose endoskopuose naudoja CMOS vaizdo lustus – toks specifikacijos papildymas užtikrins, kad siūlomi endoskopai būtų naujausios kartos.	reikalavimas gali siaurinti techninės specifikacijos reikalavimus ir tiekėjų galimybę dalyvauti konkurse.
1.7.11 Vaizdo sensorius	CMOS tipo	Siūlome papildyti techninės specifikacijos reikalavimus šiuo parametru.	Nesutinkame įtraukti papildomo 1.7.11 punkto, kadangi siūlomas reikalavimas gali siaurinti techninės specifikacijos reikalavimus ir tiekėjų galimybę dalyvauti konkurse.
1.8.10 Prietaiso valdymo kalba	Lietuvių	Prašome praplėsti reikalavimą, nes kaip ir minima punkte 1.1.5. siūlomos įrangos funkcijų valdymas atliekamas naudojant informacinį skydelį – jame taip pat rodoma visa sistemos informacija bei nustatymai. Toks sprendimas iš esmės yra lygiavertis. Keisti į: „Lietuvių arba anglų“	Perkančioji organizacija priėmė sprendimą naikinti 1.8 punktą.

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje dalyvavo 2 tiekėjai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui. Perkančioji organizacija išnagrinėjo pastabas ir jas įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas taip, kaip aukščiau nurodyta.