



KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Liepojos g.41, 92288 Klaipėda, tel.(8 46) 396600, el.p. kul@kul.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306207585

Suinteresuotiems dalyviams
CVP IS priemonėmis

2025-03-21

DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė vykdo atvirą (supaprastintą) konkursą „Indikatoriai sterilizacijai“, pirkimo Nr. 1701541.

CVP IS priemonėmis 2025-03-20, 09:02 val., buvo gautas suinteresuoto dalyvio paklausimas:

„Pirkimo dalyje 1.1.5. Indikatoriaus veikimo parametrai: ekspozicijos laikas 1,5min. 134C temperatūroje, Bowie Dick testinėje programoje.

Standartinis testo veikimo laikas, kurį nurodo dauguma gamintojų yra 3,5min prie 134C temperatūros. Jūsų reikalavimas yra 1,5min. 134C. Ar šitame reikalavime nėra klaidos? Jeigu tai nėra klaida, kodėl yra toks netipinis reikalavimas?“

Atsakome:

Reikalingas 1,5 min 134C temperatūroje veikimo parametras, kadangi įstaigoje naudojami sterilizatoriai GETINGE GSS67, kuriems instaliuota programa būtent su 1,5 min parametru.

Techninė specifikacija nebus keičiama, pirkimo sąlygose nurodyti reikalavimai yra pagrįsti VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės poreikiu gauti jai reikalingas prekes, kurios turi didžiausio efektyvumo parametrus ir maksimaliai atitinka darbo kokybės reikalavimus teikiamoms paslaugoms.

Pasiūlymų pateikimo terminas nenukeliamas, pasiūlymus prašome pateikti iki 2025-03-28, 10:00 val. CVP IS priemonėmis.