



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Pirkimo ID 1309703 dalyviams

2025-03-21 Nr. A39- /24(3.10.15E-VPS)

**DĖL TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU „ŠP-71651 ANESTEZIJOS SISTEMA“ PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PABAIGOS NUKĖLIMO**

CPO Vilnius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – CPO Vilnius), atliekanti tarptautinį atvirą viešąjį pirkimą „ŠP-71651 Anestezijos sistema“ (pirkimo ID 1309703), gavo tiekėjo paklausimą dėl Pirkimo dokumentų. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 84 ir 86 punktais, teikiame atsakymus į tiekėjų pateiktus prašymus / klausimus pirkimo dokumentų.

**Klausimas:**

„Techninės specifikacijos punktas 37.2 reikalauja „Matavimo paklaida diapazone 70-100 %, matuojant suaugusiems  $\pm 3\%$ “. Norime atkreipti dėmesį, kad visuose kituose techninės specifikacijos reikalavimuose, kuriuose reikalaujama matuojama parametro paklaida yra žodžiai „ne daugiau kaip...“. Norime pasiteirauti perkančiosios organizacijos, ar nėra padaryta klaida ir nurodytas tikslus paklaidos matmuo be galimybės siūlyti mažesnę matuojamo parametro paklaidą.“

**Atsakymas:**

CPO Vilnius tikslina pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 37 punkto 2 reikalavimą iš:

„2. Matavimo paklaida diapazone 70-100 %, matuojant suaugusiems  $\pm 3\%$ “

į:

„2. Matavimo paklaida diapazone 70-100 %, matuojant suaugusiems ne daugiau kaip  $\pm 3\%$ “.

Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentai tikslinami vėliau nei likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis pirkimo sąlygų 89 punktu, pasiūlymų pateikimo termino pabaiga nukeliama iš **2025-03-25 d. 10 val. į 2025-03-28 d. 10 val.**

Centralizuotų sveikatos priežiūros įstaigų  
pirkimų poskyrio vadovė

Nika Armonė

Inga Sadukienė, tel. +370 648 74 642, el. p. [inga.sadukiene@vilnius.lt](mailto:inga.sadukiene@vilnius.lt)



Biudžetinė įstaiga  
Kodas 188710061  
Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3  
LT-09601 Vilnius  
Tel. (8 5) 211 2000

El. p. savivaldybe@vilnius.lt  
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061  
[www.vilnius.lt](http://www.vilnius.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PABAIGOS NUKĖLIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-03-21 Nr. A39-756/25(3.10.15E-VPS)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nika Armonė, Centralizuotų sveikatos priežiūros įstaigų pirkimų poskyrio vedėja, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	NIKA ARMONĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-03-21 12:06:08 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-03-21 12:06:24 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-05-16 08:03:55 – 2027-05-16 08:03:55
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-21 12:09:05)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-03-21 12:09:05 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“