

PRANEŠIMAS SIUNČIAMAS CVP IS PRIEMONĖMIS

Viešųjų pirkimų komisija posėdyje dėl viešojo pirkimo „Asmeninės apsaugos priemonės (Nr. 9742-4)“, pirkimo ID Nr.1736067, išnagrinėjo CVP IS priemonėmis gautą tiekėjo paklausimą 2025-03-21, Nr.122056. Teikiame atsakymą į tiekėjo užduotą klausimą, kuris skelbiamas kartu su kitais pirkimo dokumentais CVP IS.

Klausimas: „1-a pirkimo dalis: Antbačiai (iš neaustinės medžiagos) - reikalavimas „5. prie čiurnos tvirtinami gumytėmis“ - ar tinkamu bus laikomas tvirtinimas ties čiurna raišteliais?“

Atsakymas: Siūlomos prekės turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pirkimo dokumentų priede Nr.1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ 5 p. nurodyta, kad antbačiai prie čiurnos tvirtinami gumytėmis:

1	2	3	4	5	6	7
Pirkimo dalies Nr.	Techniniai reikalavimai	Matavimo vienetas	Maksimalus kiekis 6 mėn.	Matavimo vieneto fiksuotas įkainis, EUR be PVM*	Suma EUR, be PVM** (6=4*5)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametru reikšmės)
1-a pirkimo dalis: Antbačiai (iš neaustinės medžiagos)						
1.	1. vienkartinio naudojimo; 2. neaustinės medžiagos; 3. sudėtyje nėra latekso; 4. skirti apsaugoti personalą nuo biologinių skysčių chirurginių operacijų metu; 5. prie čiurnos tvirtinami gumytėmis; 6. L dydžio, ne trumpesni nei 40 cm; žemi antbačiai.	Vnt.	80.000			
<i>Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui : ne mažiau kaip 10 vnt.</i>						
					Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**:	
					PVM tarifas, %**:	
					PVM suma, EUR**:	
					Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**	

Perkančiajai organizacijai yra svarbu, kad antbačiai būtų tvirtinami gumytėmis, nes kuo greitesnis ir lengvesnis asmens apsaugos priemonių užsidėjimas, tuo mažesnė rizika neatlikti rankų higienos (kuo asmens apsaugos priemonių užsidėjimas yra ilgesnis, sudėtingesnis, tuo mažesnė tikimybė, kad jas dedantis bus išlaikomi visi infekcijų kontrolės reikalavimai). Todėl tiekėjai turi siūlyti antbačius, kurie tvirtinami prie čiurnos gumytėmis, o ne raišteliais.