



VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
M C M X X I I

SUINTERESUOTIEMS DALYVIAMS

2025-03-26 Nr. VP-140

ATSAKYMAI Į DALYVIŲ KLAUSIMUS

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo viešąjį pirkimą „Skaitmeninė laboratorinė įranga-2“ (CVP IS pirkimo Nr. 1256376) atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis gavo dalyvio klausimą:

1. Klausimas

„norėtume pasitikslinti 6 pirkimo dalies, techninių specifikacijų 6 punktą:

6 Kiuvetės termostataavimo temperatūra Ne žemesnė nei 10°C iki 40°C

Pagal mus rinkoje nėra Fluorescencijos detektoriaus, kuris gebėtų palaikyti temperatūrą nuo 10°C. Be, to neiški formuluotė ne žemesnė nei 10°C iki 40°C. Gal įvyko redagavimo klaida, ir buvo turėta omenyje - 10°C žemiau kambario/aplinkos temperatūros. T.y. palaikoma temperatūros intervalas ne blogiau nei 10°C žemiau kambario temperatūros iki 40°C? “

Atsakymas:

6 punkto formuluotėje įsivėlusį redagavimo klaidą, 6 punktą turėtų būti toks:

"Kiuvetės termostataavimo temperatūros intervalas ne siauresnis, kaip nuo 10°C žemiau aplinkos temperatūros iki 40°C"

Vadovaujantis VPI 36 str. 6 d. ir 29 str. 4 d. pirkimo „Skaitmeninė laboratorinė įranga-2“ (CVP IS Nr. 1256376) 6 dalies procedūros nutraukiamos.

Komisijos pirmininkė

Vilma Pavloviene

Vytautas Bitkevičius, tel. (8 37) 78 81 31, el. p. vytautas.bitkevicius@vdu.lt