

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
(PIRKIMO NR. 1661856)

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo ir pirkimo procedūrų nukėlimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas ir pirkimo procedūrų nukėlimas.

2025-03-18 gautas tiekėjo paklausimas dėl 2025-03-14 skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Medicinos pagalbos priemonės“ (pirkimo Nr. 1661856) pirkimo dalies Nr. 6.1.-6.2. „Tulžies lataų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai)“ techninės specifikacijos reikalavimų.

Tiekėjas paklausime nurodo:

„prašome pakoreguoti pirkimo dalies Nr. 6 techninės specifikacijos reikalavimą "2 šoninės skylutės" į "1-2 šoninės skylutės", nes proksimaliai lenkti ir centre lenkti stentai turi vieną šoninę skylutę tulžies nutekėjimui, dvi šonines skylutes turi pigtail tipo stentai.“

Viešojo pirkimo komisija (toliau-komisija) pakartotinai peržiūrėjusi techninę specifikaciją pirkimo daliai Nr. 6.1.-6.2. „Tulžies lataų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai)“ sprendžia tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš "dvi šoninės skylutės" į reikalavimą "1 - 2 šoninės skylutės".

Techninę specifikaciją skaityti taip:

6.1.-6.2. Tulžies lataų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai):

- lenkti proksimaliniame gale arba centre;
- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- sterilūs (simbolis ant pakuotės);
- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1;
- rentgenokontrastiškas;
- stento paviršius lygus, nelipnus;
- 1-2 šoninės skylutės;
- darbinis ilgis nuo 5 iki 15 cm, didėjantis kas centimetrą;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, išpakuojama lengvai, nepažeidžiant sterilumo;
- įpakuota po 1 vnt.;
- plastikiniai arba lygiavertės medžiagos.

Poz. Nr.	Dydis	Ilgiai (± 5 mm)	Orientacinis poreikis (vnt.)
6.1.	7 Fr	50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 140 mm; 150 mm	350
6.2.	10 Fr	50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 140 mm; 150 mm	800

Taip pat, komisija priima sprendimą nukelti atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Medicinos pagalbos priemonės“ (pirkimo numeris 1661856) pasiūlymų pateikimo bei susipažinimo su pasiūlymais terminą.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2025 m. balandžio 08 d. 10:30 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks **2025 m. balandžio 08 d. 11:00 val.** Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas **2025 m. balandžio 08 d.** intervale nuo 10:30 val. iki 11:00 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip **3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.**

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Patikslinti techninės specifikacijos reikalavimą pirkimo daliai Nr. 6.1.-6.2.
2. Nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais posėdžio datą.
3. Apie komisijos priimtą sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.