

**VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS IR TIRPALAMS DIALIZĖMS
BEI KITOMS INVAZINĖMS PROCEDŪROMS ĮSIGYTI
NUOLATINĖS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS**

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/siūlymų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA:

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gavo tiekėjų pastabas/siūlymus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtai rinkos konsultacijai dėl vienkartinųjų priemonių ir tirpalų dializėms bei kitoms invazinėms procedūroms pirkimo (Nr. 1310338).

1. Tiekėjas siūlo koreguoti pirkimo dalies Nr. 3 „Rinkinys arterioveninės fistulės punkcijai“ techninę specifikaciją, pakeičiant pleistro juostelių ilgį „2 (dvi) 1,25–2,5×14-15 cm dydžio pleistro juostelės“.

Komisija apsvaščiusi tiekėjo siūlymą, sprendžia tikslinti pirkimo dalies Nr. 3 „Rinkinys arterioveninės fistulės punkcijai“ techninę specifikaciją, patikslinant pleistro juostelių ilgį „2 (dvi) 1,25–2,5×14-15 cm dydžio pleistro juostelės“.

2. Tiekėjas siūlo patikslinti pirkimo dalies Nr. 4 „Koncentruotas citratinis druskų tirpalas“ techninę specifikaciją.

- 1) Tiekėjas siūlo patikslinti citratinųjų koncentratų skiedimo santykį „*maišymo santykis 1:45 (1+1,575+42,425) t. y. viena dalis citratinio koncentrato turi būti skiedžiama 1,575 dalimi bikarbonatinio tirpalo ir 42,425 dalimi valyto vandens*“.

Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu, nes visi perkančiosios organizacijos turimi hemodializės aparatai yra užprogramuoti skiesti koncentruotą citratinį druskų tirpalą vandeniui, naudojant kartu su sausu bikarbonatiniu druskų mišiniu hemodializėms.

Komisija sprendžia redaguoti pirkimo dalies Nr. 4 „Koncentruotas citratinis druskų tirpalas“ techninės specifikacijos 4 punkto formuluotę:

„Atskiedus vieną koncentruoto citratinio druskų tirpalo tūrio dalį su 44 tūrio dalimis vandens, naudojant kartu su sausu bikarbonatiniu druskų mišiniu hemodializėms, dializate turi būti gaunamos 0,8 mmol/litr. citrato ir kitos lentelėje pateiktos koncentracijos. Į tirpalo sudėtį taip pat turi įeiti Cl⁻ (siūlomų tirpalų sudėtis nurodyti pateikiant katalogą arba gamintojo patvirtinantį dokumentą).“

Komisija sprendžia redaguoti pirkimo dalies Nr. 5 „Koncentruoti druskų tirpalai hemodializėms“ techninės specifikacijos 4 punkto formuluotę:

„Pagrindinės sudedamosios A tirpalo dalys pateiktos lentelėje. Nurodytos koncentracijos turi būti gaunamos dializate, gaunamame atskiedus vieną koncentruoto A druskų tirpalo tūrio dalį su 44 tūrio dalimis vandens, jeigu A tirpalas naudojamas kartu su sausu bikarbonatiniu druskų mišiniu hemodializėms, arba skiedžiant 1 tūrio dalį A tirpalo ir 1,575 tūrio dalies B tirpalo su 42,425 tūrio dalies vandens. Į A tirpalo sudėtį taip pat turi įeiti Cl⁻ (siūlomų tirpalų sudėtis nurodyti pateikiant katalogą arba gamintojo patvirtinantį dokumentą).“

- 2) Tiekėjas siūlo susiaurinti plastiko bakelių dydžio „*ribas iki 8–10 litrų diapazono*“.

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo siūlymą, sprendžia koreguoti plastiko bakelių dydžius pirkimo dalyse Nr. 4 „Koncentruotas citratinis druskų tirpalas“ ir Nr. 5 „Koncentruoti druskų

tirpalai hemodializėms“, nurodant: „Išfasavimas kietuose plastiko 8–10 ltr. talpos bakeliuose, kurių aukštis ties angos viršumi turi būti ne didesnis kaip 30 cm, o angos vidinis diametras – 34–35 mm.“

3) Tiekėjas siūlo „Atriboti pripildyto koncentrato bakelio svorį, kad atitiktų Lietuvos Respublikos Darbo Kodekse leidžiamą moterims kelti svorį t.y. ≤ 10 kg“.

Komisija apsvarsčiusi tiekėjo siūlymą, sprendžia, kad siūlymas nėra aktualus, nes perkančiojoje organizacijoje darbą su koncentrato bakeliais atlieka ne slaugytojos.

4) Tiekėjas siūlo papildyti techninę specifikaciją taros svoriu „plastikinės pakuotės svoris, tenkantis vienam litrui tirpalo ne didesnis kaip 37 gr.“

Komisija sprendžia, kad tiekėjo siūlymas perteklinis, nesusijęs su teikiamų paslaugų kokybe ir galintis atriboti galimybę konkurse dalyvauti kitiems tiekėjams.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Patikslinti pirkimo dalių Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 techninę specifikaciją kaip nurodyta aukščiau.

2. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

3. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/siūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.