

Elektrochirurginių prietaisų monopolinių elektrodų laikiklių techninė specifikacija
(orientacinis kiekis 10 000 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Konstrukcija	1. Su dviem valdymo mygtukais; 2. Su ≥ 3 m ilgio kabeliu; 3. Su tiesiu mentelės (spatula) formos elektrodu; 4. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis; 5. Laikiklis komplektuojamas su sterilia abrazyvine mentelės valymo kempinėle (kempinėlės matmenys ne mažesni kaip 5×5 cm).	
2.	Sterilumas	1. Sterilus; 2. Skirtas vienkartiniam naudojimui.	
3.	Žymėjimas CE ženklu	Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Prekės gali būti tiekiamos didesnėmis nei 1 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras konkursui siūlomas kiekis turi būti ne mažesnis už nurodytą.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.