

Bilirubimo monitorių naujagimiui techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametras (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Prietaiso paskirtis	Portatyvus (nešiojamas) prietaisas neinvaziniam transkutaniniam naujagimių bilirubino matavimui	
2.	Bendro bilirubino matavimo ribos	Nuo 0 iki 340 $\mu\text{mol/l}$ (ne siaurensės už nurodytas)	
3.	Pasirenkami matavimo vienetai	$\mu\text{mol/l}$ arba mg/dl	
4.	Šviesos šaltinio resursas	$\geq 150\,000$ matavimų	
5.	Aparate integruotas ekranas	Lietimui jautrus (sensorinis)	
6.	Galimybė brūkšninio kodo skaitytuvo integracijai	Būtina galimybė brūkšninio kodo skaitytuvo integracijai arba integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas.	
7.	Tyrimų atmintis	Vidinėje aparato atmintyje išsaugomi ne mažiau 100 tyrimų rezultatų	
8.	Jungtys	USB (arba lygiavertė) integruota aparate arba akumuliatorių įkrovimo stotelėje.	
9.	Programinė įranga duomenų peržiūrai ir rezultatų analizei vartotojo kompiuteryje	Kartu pateikiama programinė įranga duomenų peržiūrai ir rezultatų analizei vartotojo kompiuteryje.	
10.	Maitinimo šaltinis	Prietaisas turi veikti iš pakraunamo akumuliatoriaus, kurio talpa leidžia atlikti ≥ 100 matavimų	
11.	Komplektacija	1. Bilirubino matavimo monitorius 2. Akumuliatorius; 3. Akumuliatoriaus įkrovimo stotelė/įkroviklis (akumuliatorius įkraunamas jo neišimant iš prietaiso) su maitinimo laidu; 4. Testinė priemonė skirta patikrinti prietaiso funkcionalumą (<i>jei reikalingos pagal gamintojo numatytus reikalavimus</i>) 5. Programinė įranga duomenų peržiūrai ir rezultatų analizei vartotojų kompiuteryje.	
12.	Prietaiso svoris su akumuliatoriumi	Ne daugiau kaip 250 g	
13.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	
14.	Techninio personalo apmokymas	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	
15.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	
16.	Žymėjimas CE ženklų	Būtinas (<i>kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio</i>)	

		<i>galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).</i>	
17.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėnesiai	
18.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	<p>1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;</p> <p>2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (<i>taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (<i>taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>). 	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.