

DĖL PRAŠYMO (-Ų) PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“, vadovaudamasi LABORATORINIŲ TYRIMŲ VANDENYJE IR NUOTEKOSE, DUMBLE PASLAUGŲ pirkimo (Atviras konkursas) (CVP IS Nr. 1669244) (toliau - Pirkimas) sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS priemonėmis suinteresuoto(-ų) tiekėjo(-ų) pateiktą(-us) prašymą(-us) paaiškinti Pirkimo dokumentus, teikiame atsakymų suvestinę:

Eil. Nr.	Data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Klausimas/prašymas*	Atsakymas
1.	2025 m. kovo 25 d.	SD priedas Nr. 3 - Techninė specifikacija	Pirkimo sąlygose pateiktos priimtinos analičių nustatymo ribos, kurių dydis yra konkretus ir nurodyta tiksliai net su keliais reikšminiais skaičiais po kablelio. Norime atkreipti Jūsų kaip perkančiosios organizacijos ir pirkimus prižiūrinčios institucijos dėmesį, kad:	
			Analičių nustatymo ribos akredituotose laboratorija nebūna vienodos skirtingiems tyrimo objektams (paviršiniam vandeniui ir nuotekoms kaip nurodyta pirkimo dokumentams).	Taip, nustatymo ribos skirtingos nuotekoms ir paviršiniam vandeniui. Pirkimas į dalis neskaidomas, nurodome nustatymo ribas pagal paviršinį vandenį. Nustatymo ribos paviršiniam vandeniui mažesnės, nes mažesnės normos. Jei laboratorija pasiekia nustatymo ribas, tinkamas PV, jos bus tinkamos ir nuotekoms.
			Nurodyta konkreči aptikimo riba gali būti pasiekta konkrečioje akredituotoje laboratorijoje, be ne kitoje, todėl paslaugų teikime negali dalyvauti kitos laboratorijos.	Jei konkreči akredituota laboratorija nepasiekia TS nurodytos priimtinos nustatymo ribos, šiems tyrimams, kurie privalo atitikti teisės aktų reikalavimams, šios laboratorijos paslaugos nėra tinkamos.

Eil. Nr.	Data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Klausimas/prašymas*	Atsakymas
			Nenurodyti tyrimo metodai, pagal kuriuos buvo pasirinktos tokios nustatymo ribos.	Tyrimų metodus pasirenka tyrimus atliksianti laboratorija, svarbu, kad jie būtų akredituoti (arba jiems yra AAA leidimas). Ir tos laboratorijos pasiekta nustatymo (ne aptikimo) riba, turi tenkinti nurodytas sąlygas, nepriklausomai nuo taikomo metodo.
			Neaišku, kodėl pasirinktos tokios analizių nustatymo ribos, kai reglamentuojantys dokumentai pateikia lankstesnes aptikimo ribas.	Nustatymo riba turi būti lygi 30% atitinkamuose aplinkos kokybės standartuose nurodytos vertės arba yra už ją mažesnė (Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašas). Kokybės standartai čia – Aplinkos monitoringo programa, taršos leidimai, Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimai.
			Todėl susidaro įspūdis, kad pirkimo sąlygos suformuluotos konkrečiai tyrimų laboratorijai, kuri turi pateiktas priimtinas nustatymo ribas.	Nustatymo ribos apskaičiuotos pagal teisė aktų reikalavimus ir su jokia konkrečia laboratorija nėra susietos.

\*Suinteresuoto(-ų) tiekėjo(-ų) prašymo(-ų) paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

\*\* Paaiškinimas/patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymai į klausimus teikiami likus mažiau nei 4 (keturioms) dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų punkto nuostatomis, pratęsiamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Pasiūlymus reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 3 d. 13:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).