

<p>Tiekėjo CVP IS priemonėmis 2025-03-21 13:37 val. pateiktas prašymas dėl pirkimo dokumentų techninės specifikacijos paaiškinimo ir patikslinimo (tekstas netaisytas):</p>	<p>Perkančiosios organizacijos atsakymas:</p>
<p>„<...> Iš techninės specifikacijos nėra aiškus ir prašome patikslinti šiuos punktus:</p> <p><i>Eil.nr 1 Rėmas ir korpusas. Dėl stalčių nurodyta 4+5vnt, kodėl būtent šis skaičius? siūlome keisti į: dvi eilės nemažiau 4vnt eilėje.</i></p> <p><i>Nėra aiški bėglio pozicija, taip pat plastikinio padėklo matmenys. Kodėl pageidaujamas būtent plastikinis padėklas? Jei rėmas nurodytas kad gali būti plastikinis/metalinis siūlome ,kad ir padėklas galėtų būti siūlomas plastikinis/metalinis. Taip pat nėra aišku ar padėklas išimamas ar ne? Nėra aiški laikiklio inksto formos indui vieta</i></p> <p><i>Eil.nr 2 Pagrindas, stalviršis, stūmimo rankena, ištraukiamas staliukas. Kadangi rėmas gali būti metalinis, plastikinis, kodėl stalviršis tik plastikinis? siūlome keisti, kad būtų galimybė pasiūlyti plastikini, nerūdijančio plieno ar kt. lygiaverte medžiagą.</i></p> <p><i>Nėra aiški ištraukiamo staliuko pozicija, ar priekyje, ar šone?</i></p> <p><i>Eil.nr 6. Ratukai. Iš aprašymo nėra aišku kokio matmens ratukai reikalingi, nes aparšyme nurodyta keletas skirtingų diametrų matmenų ratukams“</i></p>	<p><u>Dėl Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 punkto reikalavimų:</u></p> <p>Paaiškiname, kad SPS 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 punkto reikalavimas dėl atverčiamų stalčių skaičiaus („dvi eilės atverčiamų stalčių 4 + 5 vnt.“) nustatytas tikslingai atsižvelgiant į padalinio darbo specifiką, optimizuojant turimų išteklių naudojimą ir darbo organizavimą, todėl nustatytas reikalavimas nebus keičiamas.</p> <p>Techninės specifikacijos 1 punkte taip pat nurodyta, kad galimas „Plastikinis, metalinis atsparus dezinfekcinėms medžiagoms“, tikslinamos konkrečios detalės.</p> <p>Taip pat paaiškiname, kad bėglio pozicija neturi įtakos padėčiai, galimi plastikinio padėklo skirtingi matmenys, padėklas gali būti išimamas arba pritvirtintas stabiliai. Inksto formos indo galimos pozicijos iš kairės ir dešinės.</p> <p><u>Dėl SPS 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2 punkto reikalavimų:</u></p> <p>Techninės specifikacijos 2 punkte nurodyta, kad pagrindas, stalviršis, stūmimo rankena, ištraukiamas staliukas turi būti pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Paaiškiname, kad stalviršis su paaukštintu kraštu, integruotos stūmimo rankenos iš 3 pusių, su ištraukiamu staliuku šone.</p> <p><u>Dėl SPS 1 priedo „Techninė specifikacija“ 6 punkto reikalavimų:</u></p> <p>Dėl padarytos techninės klaidos nustatant techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimus, reikalavimas patikslinamas ir išdėstomas taip:</p>

	6.	Ratukai	Dvigubi plastikiniai, ne mažiau 75mm diametro su stabdžiais. 4 dvigubi ratukai 125 mm diametro , iš jų 2 ratukai su stabdžiais. Ratukai su apsauginiu plastikiniu bamperiu per visą vežimėlio perimetrą.“	
<p>Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 4 d. 1 p., pasiūlymų pateikimo terminas pirkime pratęsiamas iki 2025 m. balandžio 10 d. 9:00 val.</p>				