

# RINKOS KONSULTACIJOS APIBENDRINIMAS

## SPEKTROFOTOMETRO PIRKIMAS

### 1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl *spektrofotometro pirkimo*.

1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-03-20<sup>1</sup>. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-03-26 10:00 val. Lietuvos laiku.

1.4. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimą.

1.5. Rinkos konsultacijoje dalyvavo ir atsakymus su pastabomis bei įžvalgomis pateikė 1 dalyvis.

### 2. ATSAKYMAI Į DALYVIŲ KOMENTARUS

*1 lentelė*

Eil. Nr.	Klausimas	1 Dalyvio nuomonė	PO atsakymai
1.	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Taip	-
2.	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma – ne didesnė nei 17.355,37 Eur be PVM yra pakankama?	Taip	-
3.	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti	Taip	-

<sup>1</sup> CVP IS ID 1745223, prieiga: <https://viesiejiipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=1745223>

	argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.		
4.	<p>Ar <i>techninė specifikacija</i> yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. Jei teikiate pastabas, nurodykite kuriai pirkimo objekto daliai.</p>	<p>Siūlome šiuos pakeitimus: TS punktas nr. 10: norėtume, kad reikalavimas būtų pakeistas į <math>\pm 0.005</math> Abs ties 1 Abs. Tiekėjo nuomone toks pakeitimas neturės neigiamos įtakos rezultatų tikslumui ir leis sudalyvauti daugiau suinteresuotų tiekėjų.</p> <p>TS punktas nr. 14: siūlome pridėti „... arba instrumentas parduodamas kartu su kompiuteriu ir programine įranga“.</p> <p>Tiekėjo nuomone, jei yra galimybė už nurodytą kainą kartu pasiūlyti kompiuterį, tai ne tik atneša daugiau vertės pirkėjui, bet ir suteikia galimybę lengviau įdiegti programinės įrangos naujinimus bei valdyti sistemą. Integruotos panelės įtraukimas negarantuoja, kad darbas su instrumentu bus paprastesnis. Anaip tol, tai padidina nesklaidumų riziką, jei panelė sugestų ar būtų pažeista.</p> <p>TS punktas nr. 18: Siūlome išimti šią punktą. Tiekėjo nuomone remiantis Lietuvos Metrologijos Inspekcijos nurodymais šie prietaisai neprivalo būti įtraukti į Lietuvos metrologinių prietaisų registrą. Spektrofotometras yra naudojamas įvairioms analitinėms procedūroms, nebūtinai teisiniams matavimams, kuriuose reikalingas privalomas metrologinis patikrinimas. Nepaisant to, tiekėjo siūlomas prietaisas yra paruoštas metrologinei patikrai, reguliariai naudojamas viešose ir privačiose įstaigose. Kitu atveju, siūlome pakeisti punktą, kad tiekėjas patetikų patvirtinimą, kad instrumentui bus galima atlikti metrologinę patikrą.</p>	<p>Komisija nutarė atsižvelgti į pastabas dėl techninės specifikacijos 10 punkto ir išdėstys jį taip:</p> <p>Fotometrinis tikslumas <math>\pm 0.005</math> Abs (prie 1 Abs).</p> <p>Komisija dėl Techninės specifikacijos 14 punkto nutarė į tiekėjo pastabas neatsižvelgti, kadangi: Mokomojoje laboratorijoje yra didelis srautas studentų ir yra ribojamas laisvo darbatalio plotas. PO patirtis rodo, kad prietaisai puikiai veikia su integruotu ekranu, kas tenkina PO poreikius, o gedimo rizika visada išlieka ir kompiuteriams.</p> <p>Komisija dėl Techninės specifikacijos 18 punkto nutarė į tiekėjo pastabas neatsižvelgti, kadangi:</p> <p>Spektrofotometrai privalo būti įtraukti į Lietuvos Metrologinių prietaisų registrą, kitu atveju nebus galimybės atlikti metrologinės patikros.</p>
5.	<p>Ar Pasiūlymų <i>ekonominio naudingumo</i> vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika yra išsami, konkreti ir aiški? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.</p>	Taip	-

6.	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.	Taip	-
7.	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.		-
8.	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.		-

### 3. IŠVADOS

3.1.Rinkos konsultacijoje dalyvavo 1 dalyvis.

3.2.Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai supažindinti su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas.

3.3.Perkančioji organizacija į dalyvių pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl techninės specifikacijos atsižvelgia iš dalies.

3.4.Rinkos konsultacija yra užbaigiama.