



Valstybinė augalininkystės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos
Ozo g. 4A, 08200 Vilnius, Lietuva

The State Plant Service
under the Ministry of Agriculture
Ozo str. 4A, 08200 Vilnius, Lithuania

+370 5237 5631 | info@vatzum.lt | vatzum.lrv.lt | facebook.com/vatzum.lt/

**MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO
„RIEBALŲ / ALIEJAUS EKSTRAKCIJOS SISTEMA“
SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Versija Nr. 1.**

TURINYS

1. Bendra informacija.....	2
2. Pirkimo objektas	2
3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai.....	2
4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu.....	3
5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3
6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.....	3
7. Pasiūlymų vertinimas.....	3
8. Sutarties sudarymas.....	4
9. Kitos sąlygos	4

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 302526112, adresas Ozo g. 4A, 08200 Vilnius, darbo laikas 8.00–17.00 val. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų Prekių CPO kataloge nėra.

1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.1 papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 5 priede Sutarties projektas.

1.5. Šiame pirkime taikomi socialiniai kriterijai, kurie nustatyti 5 priede Sutarties projektas.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskirama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti **Riebalų/aliejaus ekstrakcijos sistemą**. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekių (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos standartų laikymosi nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti **Atitikties deklaraciją** dėl atitikties reikalavimams, nurodytą 4 priede. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonų dėl tiekėjo patikimumo.

3.4. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti EBVPD.

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, nenustato.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. **CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas** tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiujų

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

5.2.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

5.2.2. elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teise pasirašyti asmeniu);

5.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: Pasiūlymo formos 1 priedas. Atitikimų lentelė.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

9. Kitos sąlygos

9.1. Kitų sąlygų nenustatoma.

**Riebalų / aliejaus ekstrakcijos sistemos pirkimo
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Rodiklis	Minimalūs reikalavimai rodikliui
1.	Paskirtis	Skirta automatizuotam riebalų / aliejaus ekstrahavimui iš aliejingųjų sėklų ar kitų augalinės kilmės produktų ir aliejaus kiekio nustatymui.
2.	Efektyvumas	Galimybė tirti ne mažiau kaip 6 mėginius vienu metu.
3.	Savybės / komplektacija	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstrakcija turi būti vykdoma Soksleto tipo prietaisu su valdymo bloku ne mažiau kaip 3 žingsniais iki pilno mėginio išekstrahavimo ir ekstrakto nugarinimo bei surinkimo. 2. Maksimali kaitinimo temperatūra turi būti ne žemesnė nei 200°C. 3. Komplekte privalomi saugikliai nuo perkaitimo. 4. Privaloma automatinio tirpiklio surinkimo ir jo daugkartinio panaudojimo funkcija. 5. Privalomas automatinis aušinimas. Privalumas – aušinimui naudojant vandentiekio vandenį, sunaudojamo vandens kiekis ne didesnis kaip 3 l/min. 6. Sistema turi turėti automatinę ekstrakcijos indų valdymo (pakėlimo/nuleidimo) funkciją. 7. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 12 vnt. ekstrakcijos indų, tinkamų procesui, naudojant petrolio eterį 40/60 arba n-heksaną. Šių indų talpa nuo 50 ml iki 150 ml. 8. Komplekte turi būti 2 stovai (ne mažiau kaip 6 vietų) pritaikyti ekstrakcijos indams. 9. Komplekte privalo būti ekstraktiniai dėklai (ne mažiau kaip 50 vnt.), savo sudėtimi tinkami ekstrahavimui, naudojant petrolio eterį 40/60 ir/arba n-heksaną, o pagal išmatavimus tinkami ekstrahavimo indams. 10. Komplekte turi būti visi tinkamą įrangos darbą užtikrinantys priedai: prijungimo žarnelės, tarpinės, laidai, laikikliai, kompresorius ir pan. 11. Komplekte turi būti virimą reguliuojančios granulės, atsparios kaitrai ir naudojamiems tirpikliams. 12. Turi būti integruoti akustiniai ir vizualiniai ekstraktoriaus veiklos sutrikimo signalai. 13. Prekė turi turėti CE ženklą.
4.	Priežiūra	Riebalų / aliejaus ekstrahavimo sistema turi būti lengvai valoma ir prižiūrima.
5.	Maitinimas	230V, 50-60Hz.
6.	Instaliavimas, aptarnavimas ir remontas	Instaliavimą, aptarnavimą ir remontą ateityje turi atlikti gamintojo sertifikuotas serviso inžinierius. Tiekėjas turi būti įsidiegęs sertifikuotą kokybės vadybos sistemą ISO 9001 ir turi būti autorizotas gamintojo atstovas Lietuvoje.
7.	Papildomi reikalavimai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu su preke turi būti pateiktos darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. 2. Tiekėjas privalo apmokyti laboratorijos darbuotojus darbo vietoje dirbti su įrenginiu. 3. Įrangos pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 4. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos sistemos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo sistemos garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos sistemos originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
8.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymo forma pateikiama atskiru dokumentu excel formatu.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos standartų laikymosi“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas**).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatomis (**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas**).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas**).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas**).

REIKALAVIMAI DĖL KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ LAIKYMOŠI

1. Tiekėjas turi būti įsidiegęs sertifikuotą vadybos sistemą ISO 9001.

1.1. Perkančiajai organizacijai paprašius galimas laimėtojas turės pateikti galiojančių sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų, įrodančių gamintojo kokybės vadybos standartų, skaitmeninių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, arba elektroninės formos dokumentus.

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Atitikties deklaracija“

Perkančioji organizacija šiame priede pateikia Atitikties deklaraciją *word* formatu.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

Perkančioji organizacija šiame priede pateikia Sutarties projektą *pdf* formatu.

Eil. Nr.	VEIKSMAS	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku)	PASTABOS
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą.	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	
3.	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia.
4.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
5.	Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.	
6.	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
7.	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPI nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.	
8.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
9.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą	