

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	"Kifoplastikos rinkinys su viengubu ir su dvigubu balionu, rinkinys vertebroplastikai (aukšto klampumo)"
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-03-05 Nr. 1518155
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-03-05 iki 2025-03-17
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS

INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS

Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius (<u>pastabos pateiktos tik dėl pirkimo „Rinkinys vertebroplastikai (aukšto klampumo)“ techninės specifikacijos reikalavimų.</u>)	2
---	---

TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ

Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui

Techninės specifikacijos punktas	Reikalaujamas parametras	Tiekėjų siūlomas pakeitimas		Perkančiosios organizacijos sprendimas
		1 Tiekėjas	2 Tiekėjas	
1.1. Vertebroplastinis cementas	Paruošus cementą naudojimui, neturi būti laukimo fazės, cemento pradinis klampumas turi būti aukštas 20-50 Pa·s, kad jį saugiai galima būtų suleisti į slankstelį.	<u>Siūlome keisti į „sutrumpinta laukimo fazė“.</u> Pagal ISO 5833 ir ASTM F451 laukimo fazė nėra parametras apibrėžiantis cemento klampumą-viskoziškumą, jis neleidžia apibūdinti žemo ar aukšto viskoziškumo cementą. Po maišymo fazės reikalingas laikas cementą aspiruoti (perkelti) į cemento injektorių, užpildyti prailginimo vamzdelį. Tai užtrunka iki 2 min. tad nereikalingas papildomas laukimas. T taip pat keisti „cemento pradinis klampumas turi būti aukštas 20-50 Pa·s, kad jį saugiai galima būtų suleisti į slankstelį.“ į „ paruošto darbui cemento klampumas turi būti didesnis nei 50 Pa·s,	Paruošus cementą naudojimui, neturi būti laukimo fazės, cemento pradinis klampumas turi būti aukštas 20-1000 Pa·s , kad jį saugiai galima būtų suleisti į slankstelį.	Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, priimtas sprendimas patikrinti techninėje specifikacijoje nurodytą reikalavimą ir 1.1. p. išdėstyti taip: „ Paruošus cementą naudojimui, neturi būti laukimo fazės, cemento pradinis klampumas turi būti didesnis nei 50 Pa·s, kad jį saugiai galima būtų suleisti į slankstelį. “

	Cemento tinkamumas darbui turi būti pakankamai ilgas, ne mažesnis kaip 8 min. esant 20°C aplinkos temperatūrai ir 60% drėgnumui	Keisti į: „ Cemento tinkamumas darbui turi būti pakankamai ilgas, ne mažesnis kaip 8 min. esant 20°C aplinkos temperatūrai “. Pagal ISO 5833, reikalavimas drėgmei yra $\geq 40\%$ (the Annex C). Taigi reikalavimas 60% drėgmei yra perteklinis ir galimai ribojantis konkurenciją. Cementui esant uždaroje maišymo sistemoje ar cemento injektoriuje aplinkos drėgmė neturi įtakos darbo laikui, cemento viskoziškumui.	Cemento tinkamumas darbui turi būti pakankamai ilgas, ne mažesnis kaip 8 min. esant 20°C aplinkos temperatūrai ir >40 % drėgnumui. <u>Arba siūlome netaikyti reikalavimo drėgnumui.</u>	Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, priimtas sprendimas patikrinti techninėje specifikacijoje nurodytą reikalavimą ir 1.1. p. išdėstyti taip: „ Cemento tinkamumas darbui turi būti pakankamai ilgas, ne mažesnis kaip 8 min. esant 20°C aplinkos temperatūrai ir $\geq 40\%$ drėgnumui. “
1.5. Rinkinio sudėtis, pagal kurią apskaičiuojama kaina	Cemento sudedamųjų dalių rinkinys, kurias sumaišius gaunama ne mažiau 14 ml vertebroplastinio cemento - 1 vnt., uždara maišymo sistema, cemento injektorius - 1 vnt., vertebroplastinė adata - 1 vnt., jungiamasis vamzdelis, adapteris - 1 vnt.		Cemento sudedamųjų dalių rinkinys, kurias sumaišius gaunama ne mažiau 11 ml vertebroplastinio cemento - 1 vnt., uždara maišymo sistema, cemento injektorius - 1 vnt., vertebroplastinė adata - 1 vnt., jungiamasis vamzdelis, adapteris - 1 vnt.	Reikalavimas nekeičiamas. Perkančioji organizacija siekia įsigyti vertebroplastikos cemento rinkinį kurį sumaišius gaunasi ne mažiau 14 ml., nes vienam slanksteliui yra sunaudojama apie 3 ml cemento ir Perkančioji organizacija gali atlikti trijų slankstelių augmentaciją.
1.7	Rinkinys Vertebroplastikai (aukšto klampumo), 250 vnt.	390 (1 vnt. kaina)		
1.8	Vertebroplastikai pritaikyta adata, 500 vnt.	60 (1 vnt. kaina)		

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 2 tiekėjai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos „Rinkinys vertebroplastikai (aukšto klampumo)“ projektui bei sutarties sąlygoms dėl aplinkosauginių („žaliųjų“) reikalavimų, kurias perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas