

Kranioplastikoms skirtų fiksavimo priemonių techninė specifikacija

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Orientacinis kiekis	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Neurochirurginė fiksavimo plokštelė	100 vnt.	Fiksavimo plokštelė tiesi, sudaryta iš 20 viena paskui kitą sujungtų skylių, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Plokštelės storis 0,4-0,6 mm, ilgis 62-89 mm, plotis 3,0-3,4 mm.	
2.	Neurochirurginis savisriegis sraigtas	1300 vnt.	Savisriegis sraigtas su kryžmine galvute, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), patikimos fiksacijos su atsuktuvu. Sraigto diametras 1,2-1,5 mm, ilgis 4-4,5 mm.	
3.	Neurochirurginis savisriegis sraigtas	120 vnt.	Savisriegis sraigtas su kryžmine galvute, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), patikimos fiksacijos su atsuktuvu. Sraigto diametras 1,2-1,5 mm, ilgis 3-3,5 mm.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Techninės specifikacijos lentelėje išvardintos priemonės sudaro vieną pirkimo dalį (į atskiras pirkimo dalis neskaidoma, nes perkamos priemonės yra skirtos tos pačios srities operacijoms atlikti).
2. Siūlomos priemonės turi būti tinkamos plovimui automatinėse plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). **Kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą gamintojo ir/arba tiekėjo atitinkamą patvirtinimą.**
3. Fiksavimo priemonės pritaikytos naudojimui MRT (*angl.* MRI) magnetiniame lauke iki 3 teslų. **Kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą gamintojo patvirtinimą.**
4. Būtinai siūlomų priemonių žymėjimas CE ženklu. **Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.**
5. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašytos konkursui siūlomos priemonės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo išsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
6. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų priemonių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
7. Gavęs užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai priemonių naudojimui skirtus specifinius instrumentus (jei tokie numatyti siūlomų prekių gamintojo).