

## Venų ieškiklio su stovu techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projekcinis venų tinklo atvaizdavimas ant paciento odos paviršiaus;</li> <li>2. Venų ieškiklis mobilus (portatyvus);</li> <li>3. Tinkamas naudoti pediatrijoje, onkologijoje, radiologijoje, greitojoje medicinos pagalboje, geriatrijoje, laboratorijoje, chirurgijoje, plastinėje medicinoje, kraujagyslių tyrimuose, slaugoje.</li> </ol>	
2.	Projekcinio vaizdavimo galimybės	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projekcinio vaizdo spalva pasirenkama iš <math>\geq 4</math> spalvų, įskaitant žalią;</li> <li>2. <math>\geq 4</math> šviesos ryškumo reguliavimo žingsniai;</li> <li>3. Projekcinio vaizdo dydis pasirenkamas iš <math>\geq 2</math> dydžių;</li> <li>4. Atvirkštinio (inversinio) vaizdo pasirinkimas.</li> </ol>	
3.	Darbo režimai	$\geq 3$ darbo režimai, tarp kurių: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universalus;</li> <li>2. Detalus;</li> <li>3. Gilusis.</li> </ol>	
4.	Projekcinio vaizdo gavimui naudojama šviesa	Infraraudonieji spinduliai, kurių bangos ilgis 850–940 nm	
5.	Vaizdo projektavimo greitis	$\geq 24$ kadrai/s	
6.	Optimalus vaizdo gavimo/projektavimo atstumas	180–330 mm	
7.	Atstumo jutiklis	Prietaise yra integruotas atstumo jutiklis (daviklis), kuris informuoja apie teisingą atstumą nuo prietaiso iki kūno vietos	
8.	Vaizdo raiška	Ne mažiau kaip 850×480 taškų	
9.	Veikimo kryptis	Bet kuria kryptimi	
10.	Didžiausias venų atpažinimo gylis	$\geq 8$ mm	
11.	Centrinės linijos funkcija	Yra venų centrinės linijos funkcija	
12.	Mažų ir gilių venų paieškos funkcija	Yra programa mažesnių ir gilesnių venų paieškai	
13.	Duomenų perdavimas	Nuotraukų perdavimas į kompiuterį USB (arba lygiaverte) jungtimi	
14.	Prietaiso svoris	Ne daugiau kaip 600 g	
15.	Baterija autonomiam prietaiso maitinimui	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Įkraunama;</li> <li>2. Talpa <math>\geq 4000</math> mAh;</li> <li>3. Išsikraunant baterijai įsijungia perspėjimas (aliarmas) apie žemą baterijos įkrovimo lygį.</li> </ol>	

16.	Veikimo trukmė	Su pilnai įkrauta baterija aparatas nepertraukiamai veikia $\geq 5$ valandas	
17.	Baterijos pilno įkrovimo laikas	Ne ilgiau kaip 5 valandos	
18.	Baterijos įkroviklis	Pakrovimo stotelė (arba lygiavertis sprendimas) pateikiama komplekte su prietaisu	
19.	Venų ieškiklio mobilumas	1. Tvirtinamas prie stovo su ratukais; 2. Į komplektaciją įtrauktas mobilus stovas su ratukais.	
20.	Elektros maitinimas	Įkrovimo stotelės maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo	
21.	Garantinis terminas	$\geq 12$ mėnesiai	
22.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai ( <i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i> )	
23.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
24.	Įrangos pristatymas	Įrangos pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	
25.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Būtinai kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).