

Fiksacinių plokštelių įdubusios krūtinės ląstos korekcijai techninė specifikacija
(orientacinis kiekis - 65 kompl.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi parametrai ir siūlomų parametrų reikšmės
1.	Komplektacija	1. Fiksacinė plokštelė – 1 vnt; 2. Stabilizatorius – 1 vnt; 3. Užrakinamas sraigtas stabilizatoriui fiksuoti – 1 vnt.	
1.1.	Fiksacinė plokštelė	1. Skirta įdubusios krūtinės ląstos korekcijoms; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Metalinė; 4. Tiesi, abu galai suapvalinti; 5. Plokštelė iš abiejų pusių per visą ilgį su pusapvalėmis įkirtomis atraumatiniu kraštu (t. y. kraštas lygus), abiejuose galuose po vieną 5 ± 1 mm kiaurymę stabilizatoriui fiksuoti užrakinamam sraigto ir plokštei įvesti/ištraukti; 6. Plokštelė abiejuose galuose fiksuojama dešinės/kairės pusių $(2\times 4\times 8)\pm 0,5$ mm dydžio stabilizatoriumi ir sraigto, užrakinančiu stabilizatorių plokštelėje; 7. Fiksacinės plokštelės ilgis pasirenkamas iš ne mažiau kaip 13 skirtingų ilgių: 178 ± 3 mm, 203 ± 3 mm, 229 ± 3 mm, 254 ± 3 mm, 279 ± 3 mm, 305 ± 3 mm, 330 ± 3 mm, 356 ± 3 mm, 381 ± 3 mm, 406 ± 3 mm, 432 ± 3 mm, 458 ± 3 mm, 483 ± 3 mm.	
1.2.	Stabilizatorius	1. Tinka fiksuoti fiksaicinei plokštei iš abiejų pusių; 2. Dešinės/kairės pusių $(2\times 4\times 8)\pm 0,5$ mm, po dvi pailgas kiaurymes iš abiejų pusių (viso 4 kiaurymės), ir vieną apvalią rakinamą, kurioje stabilizatorius fiksuojamas prie plokštelės fiksačinio užrakinamo sraigto;	
1.3.	Užrakinamas sraigtas	Užrakinamas sraigtas stabilizatoriui fiksuoti	
2.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (<i>kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją</i>).	

Papildomi reikalavimai:

1. Fiksacinių plokštelių kaina, nepriklausomai nuo jų dydžių, turi būti vienoda.
2. Būtinai kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašytos konkursui siūlomos fiksačinės plokštelės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo išipareigojimu pagaminti fiksačines plokšteles pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
4. Gavęs fiksačinų plokštelių užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai šių implantų naudojimui skirtus instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose kontaineriuose **arba** implantai turi būti suderinami su gamintojo MedXpert

GmbH instrumentais turimais Vaikų chirurgijos klinikos operacinėje ***(būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).***

5. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų fiksacinių plokštelių bei darbui su jomis skirtų instrumentų naudojimo ypatumais ***(būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).***
6. Atsiimant laikinam naudojimui pateiktus instrumentų rinkinius, pagrindiniai specialūs instrumentai, kurie yra reikalingi implantų išėmimui, gydymo įstaigai paliekami neribotam laikui (pavyzdžiui, perduodami paramos būdu).