

**Greitos fiksacijos gręžimo antgalių techninė specifikacija
(kiekis 1 komplektas)**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Greitos fiksacijos gręžimo antgalis (kiekis 4 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> Siūlomas greitos fiksacijos gręžimo antgalis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „De Soutter Medical“ jėgos instrumentu „Orthodrive Lite MBQ-708“; Griebtuvo tipas: „Small A.O. Synthes/ASIF“ (arba lygiavertis); Sukimosi greitis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 0–1350 aps./min; Skirta grąžtams, kurių $\varnothing 2,3 \pm 0,3$ mm; Autoklavuojamas. <p><i>(kodas 17610 arba lygiavertis)</i></p>	
2.	Greitos fiksacijos gręžimo antgalis (kiekis 2 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> Siūlomas greitos fiksacijos gręžimo antgalis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „De Soutter Medical“ jėgos instrumentu „Traumadrive MBU-470“; Griebtuvo tipas: „A.O. Synthes/ASIF“ (arba lygiavertis); Sukimosi greitis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 0–1350 aps./min; Skirta grąžtams, kurių $\varnothing 2,3 \pm 0,3$ mm; Autoklavuojamas. <p><i>(kodas 20860 arba lygiavertis)</i></p>	
3.	Garantinis laikotarpis	<ol style="list-style-type: none"> Antgaliams suteikiama garantija ≥ 12 mėnesių; Garantiniu metu antgaliai gali būti keičiami į naujus arba garantinio remonto metu suteikiami pakaitiniai. 	
4.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai <i>(kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)</i>	
5.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
6.	Prekių pristatymas	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertiniai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
- Perkamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama įranga techniškai derinamų greitos fiksacijos gręžimo antgalių komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.